

Zapytania do konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Opisu badań RTG w systemie teleradiologii

- 1. „Udzielający zamówienia nie dopuszcza do instalacji po swojej stronie dodatkowego sprzętu oraz oprogramowania pośredniego służącego do przekazywania danych obrazowych (np. bramki DICOM) oraz odbioru danych opisowych”. – zwracamy się z prośbą o odstąpienie od tego wymogu.**

Odp.: Wymaganie podyktowane jest koniecznością zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony sieci wewnętrznej i systemów Udzielającego Zamówienie w tym ochrony danych osobowych.

Intencją Zamawiającego jest integracja systemu Oferenta z posiadany systemem RIS/PACS albo poprzez posiadany przez Zamawiającego moduł teleradiologii (który zapewnia wymianę danych nawet do poziomu stacji diagnostycznej) lub poprzez bezpośrednią integrację systemu Oferenta z posiadany przez Zamawiającego systemem RIS/PACS z użyciem standardu HL7 oraz DICOM poprzez zestawiony pomiędzy systemami informatycznymi tunel VPN. Zamawiający dąży do uzyskania takiego poziomu integracji, który zapewni uzyskanie opisu badania w systemie RIS i tym samym przesłanie go do posiadanego systemu HIS (gdzie będzie odczytywany przez lekarzy i stanie się częścią dokumentacji szpitalnej).

Jeżeli do uzyskania integracji konieczne jest stosowanie dodatkowego sprzętu oraz oprogramowania pośredniego służącego do przekazywania danych obrazowych (np. bramki DICOM) to powinno ono znajdować się po stronie Oferenta a łączność powinna być zapewniona poprzez zestawiony pomiędzy systemami informatycznymi tunel VPN.

Zamawiający posiada możliwość zestawienia po swojej stronie (na poziomie urządzenia brzegowego - router CISCO) połączenia VPN w technologii IPsec (typu IPsec Site-to-Site VPN) gwarantującego szyfrowanie danych i dostęp poprzez tunel VPN do posiadanego systemu RIS/PACS. Inne sposoby zestawienia połączenia VPN (w tym programowe) aczkolwiek możliwe wymagałyby szczegółowych uzgodnień.

2. Zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17.07 do godz 13:00

Odp.: Udzielający Zamówienia nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17.07 do godz. 13:00.