



**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
w RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW
tel.86-43-312, sek./fax 85-32-770
e-mail sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl

RZESZÓW, 2010-07-27

Z/ZZP-2374-15/10

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opatrunków do Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (z terminem składania ofert w dniu 30.07.2010r.)

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

Zadanie nr 1 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści siatki opatrunkowe pakowane a'12,5 metra lub a'10 metrów w stanie swobodnym, z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniające pozostałe wymagania? Zaoferowanie zwłaszcza 12,5 m siatek opatrunkowych pozwoli złożyć korzystniejszą cenowo ofertę.

Zadanie nr 1 poz.3

Czy Zamawiający dopuści gazę w składkach 200mb z odpowiednim przeliczeniem ilości, spełniającą pozostałe wymogi? Pozwoli to na złożenie korzystniejszej cenowo oferty.

Zadanie nr 2 poz. 4-5

Czy Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki na całej swojej zewnętrznej powierzchni były pokryte laminatem oddychającym? Zastosowanie tego laminatu na całej powierzchni wyrobu ogranicza do minimum powstawanie odparzeń i maceracji skóry pacjenta, a co za tym idzie podnosi bezpośrednio komfort użytkowania.

ODPOWIEDZI:

Ad. zad 1 poz.1,2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. zad 1 poz.3

Zamawiający dopuści gazę zaoferowaną w zapytaniu.

Ad. zad. 2 poz.4,5

Tak, Zamawiający wymaga, aby pieluchomajtki na całej zewnętrznej powierzchni były pokryte laminatem oddychającym.