



**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW
tel.86-43-312, sek./fax 85-32-770
e-mail sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl

RZESZÓW, 2011-01-18

Z/ZZP-2375-1/11

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 21.01.2011r.)

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęło następujące zapytanie:

PYTANIE:

1. Pytanie dot. Pakiet nr 4, poz. 43 -48;
Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pak. nr 4 poz. 43-48 i utworzenie z w/w pozycji osobnego pakietu (np. 4a). Wydzielenie tych pozycji do osobnego pakietu umożliwi przystąpienie do przetargu większej liczbie oferentów a Zamawiającemu uzyskanie korzystniejszych ofert.
2. Pytanie dot. Pakiet nr 4, poz. 43;
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w poz. 43 równoważnej końcówki do odsysania pola operacyjnego z rączką bez kontroli siły ssania typu Yankauer, zakrzywiona roz. 18 CH, długość końcówki razem z rączką min. 210 mm, sterylna, pakowana podwójnie w worek foliowy i zewn. Opakowanie typu folia – papier.
3. Pytanie dot. Pakiet nr 4, poz. 44;
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w poz. 44 równoważnej końcówki do odsysania pola operacyjnego z rączką typu „pinpoint” -mikrochirurgiczna, ze zwięziona końcówką, rozmiar 12 CH, długość końcówki razem z rączką min.170 mm, sterylna, podwójnie pakowana w worek foliowy i zewn. opakowanie typu folia – papier.
4. Pytanie dot. Pakiet nr 4, poz. 45;
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w poz. 45 równoważnej końcówki do masywnego odsysania pola operacyjnego z rączką bez kontroli siły ssania, zakrzywiona, roz. 30 CH, sterylna, długość drenu min. 200 cm.
5. Pytanie dot. wzoru umowy § 4 pkt.1, p.pkt 2;
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej z 1% do 0,1% zapisanej w § 4 pkt.1, p.pkt 2.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.