



**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW
tel. 86-43-312, sek./fax 85-32-770
e-mail sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl

RZESZÓW, 2011-01-18

Z/ZZP-2375-1/11

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 21.01.2011r.)

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęło następujące zapytanie:

PYTANIE:

Pytanie nr 1

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 7, 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych luer-lock bez kryzy przy ujęciu strzykawki oraz posiadające podcięcie na tłoku zapobiegające wypadaniu strzykawki z pompy?

Pytanie nr 2

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę światłoczułą z dołączoną igłą aspiracyjną?

Pytanie nr 3

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów.

Pytanie nr 4

Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 11 - 14

Czy Zamawiający dopuści strzykawki dwuczęściowe posiadające przedłużoną skalę? Pozostałe parametry bez zmian.

Pytanie nr 5

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 16, 17, 18

Prosimy o modyfikację opisu przedmiotu zamówienia, dotyczącego rozmiarów zamawianych kaniul dożylnych, na opis przestrzegający art. 30 ust. 1 ustawy Pzp tj. zgodny z normą Polską kaniul dożylnych PN-EN ISO 10555-5, która ustanawia równoważne rozmiary średnic cewników w milimetrach, odpowiadające temu samemu rozmiarowi w jednostce Gaug'a oraz temu samemu kolorowi identyfikującemu. Reasumując prosimy o możliwość złożenia oferty z kaniulami dożylnymi o rozmiarach średnicy zewnętrznej cewnika różniącej się +/- 0,1 mm wg w/w normy na podstawie art. 29 ust 3 i art. 1 ustawy.

Poz. 16 – 22G 0,9 x 25 mm

Poz. 17 – 20G 1,1 x 32 mm

Poz. 18 – 18G 1,3 x 32 mm

Pytanie nr 6

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 35 – 37

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania, które posiadają tylko barwne oznaczenie na cewniku i numeryczne na opakowaniu, natomiast nie posiadają numerycznego oznaczenia na cewniku? Standardem europejskim jak i polskim jest barwne oznaczenie końcówki cewnika zgodnie z przyjętym kodem kolorów oznaczających wymiar w skali CH. Oznaczenie numeryczne na cewniku jest tylko dodatkowym oznakowaniem praktykowanym przez jednego producenta. Inni producenci zarówno polscy jak i z krajów Unii Europejskiej stosują kolor końcówki jako wystarczający standard przy oznaczaniu na produkcie. W zawiązku z powyższym, wymóg oznaczenia numerycznego na cewniku ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnej oferty.

Pytanie nr 7

Dotyczy Pakietu nr 4 poz. 39

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 4,0 m?

Pytanie nr 8

Dotyczy Pakietu nr 7 poz. 10, 11, 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji z pakietu? Wydzielenie tych pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie bardziej atrakcyjnej cenowo oferty.

ODPOWIEDŹ:

Ad pyt. 1 Pakiet 2 poz. 7,8; pyt. 2 Pakiet 2 poz. 8 oraz pyt. 3 Pakiet 2 poz. 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad pyt. 4 Pakiet 2 poz. 11-14

Zamawiający dopuści zaproponowane strzykawki.

Ad pyt. 5 Pakiet 3 poz. 16,17,18 oraz pyt. 6 Pakiet 4 poz. 35-37

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad pyt. 7 Pakiet 4 poz. 39

Zamawiający dopuści zaproponowany cewnik.

Ad pyt. 8 Pakiet 7 poz. 10,11,12

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.