



**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
w RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW
tel.86-43-312, sek./fax 85-32-770
e-mail sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl

RZESZÓW, 2011-05-31

Z/ZZP-2375-7/11

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków różnych do Apteki Zakładowej ZOZ MSWiA w Rzeszowie, ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 94 z dnia 17.05.2011r. pod poz. 153901.

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęło następujące zapytanie:

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 1 poz. 1 pasków do glukometru, które posiadają samo zasysanie krwi, **nie potrzebują kodowania**, objętość krwi wynosi 0,7 μ l, kalibrowany do osocza, pomiar metodą biosensoryczną, zakres pomiaru 20-600 mg/dl, część paska testowego na zewnątrz z automatyczny wyrzutem, wykorzystany enzymu Oksydaza Glukozowa (GOD) minimalizacja zafałszowań pomiaru, spełniający normy ISO 15197 oraz zalecenia Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

Opakowanie chroni paski przed wpływem czynników zewnętrznych, paski można dotykać na całej powierzchni bez wpływu na wynik badania 100% wyników mieści się w strefach A i B siatki błędów Clarke'a. Zakres temperatury przechowywania pasków to 4 $^{\circ}$ C - 40 $^{\circ}$ C, Zakres hematokrytu 20% do 60%.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.