



**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



RZESZÓW, 2011-11-29

Z/ZZP-2375-17/11

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych oraz materiałów eksploatacyjnych jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 02.12.2011r.)

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dotyczącego przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

Pytanie 1

Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno – użytkowych, Zadanie Nr 1 – Videogastroskop zabiegowy dwukanałowy, punkt 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu:

„Wykonawca zapewni w okresie gwarancji pełną bezpłatną obsługę serwisową oferowanego sprzętu oraz bezpłatną naprawę uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji, za wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi sprzętu oraz karty gwarancyjnej – przez okres min. 24 miesięcy”.

Pytanie 2

Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno – użytkowych, Zadanie Nr 1 – Videogastroskop zabiegowy dwukanałowy, punkt 17:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie 24 miesięcy gwarancji z możliwością nieodpłatnego ubezpieczenia na kolejnych 12 miesięcy?

Pytanie 3

Dotyczy Zestawienia parametrów techniczno – użytkowych, Zadanie Nr 1 – Videogastroskop zabiegowy dwukanałowy, punkt 18:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 8 letni dostęp do części zamiennych po okresie gwarancji?

Pytanie 4

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu:

„Dostawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i jakościowe dostarczonego towaru na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. W przypadku stwierdzenia wad dostarczonego towaru Dostawca zobowiązuje się niezwłocznie do rozpatrzenia reklamacji, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu (w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy)”.

Pytanie 5

Dotyczy warunków umowy § 4 ust. 1 b)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 5% na 0,1%?

Pytanie 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

Pytanie 15

Dotyczy Zestawienia Parametrów Techniczno - użytkowych – Zadanie Nr 1 – Videogastroskop zabiegowy dwukanałowy

Wnosimy o dopuszczenie proponowanych poniżej parametrów technicznych:

Czy Zamawiający videogastroskop o poniższych parametrach:

1. Wysokiej klasy procesor wizyjny ze źródłem światła marki Pentax w miejsce wymogu kompatybilności ze sprzętem firmy Olympus
2. Kompatybilny z myjnią automatyczną Olympus za pomocą adaptera
3. Kompatybilny z systemem archiwizacji badań (wykonywanie zdjęć i nagrań za pomocą przycisku nożnego lub z rękojeści)
4. Średnica zewnętrzna wziernika 12,8 mm
5. Głębina ostrości 4-100 mm
6. Końcówka ruchoma odchylana w 4 kierunkach (górze/dół 180/120 stopni, prawo/lewo: 120/120 stopni).
7. Obsługa obrazowania w systemie cyfrowej zmiany długości fali światła tzw. I-scan?

ODPOWIEDZI:

Ad. Pyt. 1, 2, 3, 15

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad pyt. 4

Zamawiający podtrzymuje zapis projektu umowy.

Ad pyt. 5

Zamawiający modyfikuje zapis projektu umowy (dla zadania 1 i 2) w § 4 ust. 1b) poprzez:

„b) za przekroczenie terminu ustalonej dostawy (§ 1 ust. 2) o więcej niż 24 godzin w wysokości **0,5 % wartości dostawy**”.

Ad pyt. 6

Nie.