



**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



RZESZÓW, 2012-01-25

Z/ZZP-2375-1/12

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „Sprzętu medycznego jednorazowego użytku” (z terminem składania ofert w dniu 27.01.2012r.)

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

Pakiet nr 8 – Rurki, elektrody, filtry

Punkt nr 12

Czy Zamawiający dopuści uchwyt elektrod monopolarnych z dwoma przyciskami do cięcia i koagulacji, elektrodą i kablem do generatora elektrochirurgicznego typ. Force – EZ. Czy Zamawiający wymaga uchwytu przeznaczonego do co najmniej 300 cykli sterylizacji?

Punkt nr 13

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę neutralną jednorazową, owalną o powierzchni 110cm², wyposażoną w pas bezpieczeństwa, który gwarantuje równomiernie rozproszczenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku jej aplikacji, wykonaną z materiału dokładnie przylegającego do skóry, powierzchnia kontaktowa pokryta klejem przewodzącym, do każdej elektrody dołączona jest informacja o numerze serii i dacie ważności w formie czytelnej samoprzylepnej karteczki?

Punkt nr 19

Czy Zamawiający dopuści do zaferowania elektrodę powrotną dla pacjentów z klejem elektroprzewodzącym o rozmiarze 18,2cm x 7,4mm, dzielonym stykiem szer. 2,5cm, wyposażoną w system kontroli jakości styku kompatybilny z systemem zabezpieczenia pacjenta przed poparzeniem oraz żelem zapewniającym prawidłowe przyleganie elektrody do skóry pacjenta?

Czy Zamawiający wydzieli pozycje nr 12, 13 i 19 do oddzielnego pakietu?

ODPOWIEDZI:

Pakiet nr 8

Punkt nr 12

Zamawiający dopuści zaproponowany uchwyt.

Punkt nr 13 oraz 19

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 12,13 i 19 do odrębnego pakietu.