



**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



RZESZÓW, 2012-01-25

Z/ZZP-2375-1/12

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „Sprzętu medycznego jednorazowego użytku” (z terminem składania ofert w dniu 27.01.2012r.)

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

Pakiet 4, Pozycja 12-14

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć podpajęczynówkowych z igłą prowadzącą o długości 34mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Pakiet 4, Pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka?

Pakiet 4, Pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem o długości 210cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Pakiet 5, Pozycja 38-40

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku. Zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych na każdym jednostkowym opakowaniu podany jest rozmiar cewnika. Ponadto każdy cewnik oznaczony jest kolorystycznie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami, dzięki czemu personel w każdej chwili jest w stanie rozpoznać rozmiar cewnika.

Pakiet 5, Pozycja 38-40

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z otworami naprzemianległymi?

Pakiet 5, Pozycja 41

Czy Zamawiający dopuści donosowy cewnik tlenowy o długości 2,0m spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Pakiet 5, Pozycja 42

Czy Zamawiający dopuści donosowy cewnik tlenowy o długości 5,0m spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Pakiet 5, Pozycja 43

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: dren Redona z igłą 500mm (perforacja 150mm), butelka płaska lub okrągła 50ml Ch 6 lub Ch8?

Pakiet 5, Pozycja 44 – 45

Czy Zamawiający dopuści zestaw z butelką 500ml?

Pakiet 5, Pozycja 46

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o średnicy wewnętrznej 4,6mm oraz zewnętrznej 6,6mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Pakiet 5, Pozycja 47

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o średnicy wewnętrznej 2,6mm oraz zewnętrznej 4,0mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Pakiet 5, Pozycja 48

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o średnicy wewnętrznej 7,59mm oraz zewnętrznej 11,85mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Pakiet 5, Pozycja 53 – 55

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 30ml?

Pakiet 5, Pozycja 56 – 58

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 60ml, z 3 otworami?

Pakiet 9, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z cewnikiem zakończonym miętko wyoblonym zakończeniem i 2 dużymi otworami bocznymi?

Pakiet 9, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny tylko z optycznym identyfikatorem pozycji spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Pakiet 9, Pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z dwoma zastawkami (1 w worku, 1 w komorze), z drenem o dużej średnicy (7.0x9.8mm), wykonanym z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu, bez zakładki na kranik spustowy?

Pakiet 9, Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści worek o parametrach:

- wymienny worek zbiorczy o pojemności 3000 z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką, szczelnym zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T) z możliwością podwieszenia i blokady w specjalnej plastikowej kieszonce, z drenem łączącym z komorą pomiarową o długości 20cm z własną klemą zaciskową (istnieje możliwość odłączenia worka i wymiany na drugi)
- czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy o wysokiej dokładności pomiaru - co 100ml
- nadrukowane miejsce do wygodnego opisu i identyfikacji danych pacjenta na przedniej ściance worka, tylna ścianka biała, ułatwiająca wizualizację moczu
- dren odprowadzający zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 125cm, o dużej średnicy (7.0x9.8mm), wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
- dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu
- na drenie klemma zaciskowa typu przesuwnego oraz dodatkowa zapinka do stabilizacji drenu
- samouszczelniający się port do pobierania próbek
- dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnętrzne w systemie

- trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500ml podzielona na cztery pionowe zintegrowane komory pośrednie
- najwyższy na rynku stopień dokładności pomiaru w komorze, co 1ml do 75ml (w komorze wstępnej) i co 2ml do 500ml (w pozostałych komorach)
- możliwość blokady komory pomiarowej przy jej opróżnianiu
- silikonowa zastawka w komorze pomiarowej, ograniczająca drogę wstępującą migracji bakteryjnej
- zintegrowany, wygodny wieszak w postaci dwóch taśm stabilizujących oraz dodatkowego odłączanego zaczepu?

Pakiet 10, Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał z łopatką 25ml?

Pakiet 10, Pozycja 14 – 17

Zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Pakiet 12, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'70, 75 lub 80sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości, z zaokrągleniem do pełnych opakowań?

Pytanie dotyczące projektu umowy §4 ust. 1b

Czy Zamawiający zgadza się aby w §4 ust. 1b wzoru umowy słowa „w wysokości 1% wartości niezrealizowanej dostawy” zostały zastąpione słowami „w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanej dostawy”?

ODPOWIEDZI:

Ad. Pakiet 4 poz. 12-14 oraz 15

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pakiet 4 poz. 19

Zamawiający dopuści zaproponowaną maskę.

Ad Pakiet 5 poz. 38-40

Zamawiający odstępuje od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku.

Ad Pakiet 5 poz. 38-40

Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z otworami naprzemianległymi.

Ad Pakiet 5 poz. 41

Zamawiający dopuści cewnik tlenowy o dł. 2,0 m

Ad Pakiet 5 poz. 42, 43, 44-45, 53-55 oraz 56-58

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad Pakiet 5 poz. 46, 47 oraz 48

Zamawiający dopuści zaproponowane końcówki.

Ad Pakiet 9 poz. 1, 2 oraz 12

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad Pakiet 9 poz. 13

Zamawiający dopuści zaproponowany worek do zbiórki moczu.

Ad Pakiet 10 poz. 13, 14-17

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad Pakiet 12 poz. 2

Zamawiający dopuści kieliszki pakowane w zaproponowanych ilościach z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

Dotyczy projektu umowy

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy