



ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
W RZESZOWIE

ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



RZESZÓW, 2012-01-25

Z/ZZP-2375-1/12

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę „Sprzętu medycznego jednorazowego użytku” (z terminem składania ofert w dniu 27.01.2012r.)

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIA:**

**Dotyczy pakietu 8, poz. 5, 6, 7,15, 17 oraz pakietu 7, poz. 1.**

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do odrębnego pakietu, celem złożenia oferty. Różnorodność asortymentu uniemożliwia nam złożenie oferty na całe pakiety, ponieważ posiadamy w ofercie ukierunkowany zakres produktów, dbając o ich jakość i funkcjonalność.

**Dotyczy pakietu 8, poz. 6.**

Prosimy o dopuszczenie filtra o wadze 25 g i oporze przepływu 1,0 przy 30 l/min, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

**Dotyczy pakietu 8, poz. 7.**

Prosimy o dopuszczenie filtra mechanicznego z wydzielonym piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

**Dotyczy pakietu 8, poz. 5, 6, 7,15, 17 oraz pakietu 7 poz. 1.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w w/w pozycjach produktów mikrobiologicznie czystych. Jednorazowe, nieinwazyjne wyroby medyczne stosowane w terapii oddechowej, nie muszą być sterylne, a mikrobiologicznie czyste. Proponowany przez nas asortyment spełnia wymagania Dyrektywy Europejskiej nr 93/42/EEC dotyczącej wyrobów medycznych. Posiada wszelkie dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i stosowania w placówkach świadczących usługi medyczne wymagane przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych tj. Deklaracje Zgodności wystawianą przez producenta i certyfikat CE zatwierdzony przez zewnętrzny uprawniony organ certyfikujący – CZYSTE MIKROBIOLOGICZNIE.

**Dotyczy pakietu 7, poz. 1.**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci z piankowym wkładem, mającego bardzo małą wagę - 4,5 g, opór przy 60L/min = 0,3

**Dotyczy pakietu 4, poz. 19.**

Prosimy o wydzielenie pozycji 19 do odrębnego pakietu i dopuszczenie dł. drenu równej 210 cm.

**ODPOWIEDZI:**

**Dotyczy pakietu 8, poz. 5,6,7,15,17 oraz pakietu 7 poz. 1**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Dotyczy pakietu 8 poz. 6**

Zamawiający dopuści zaproponowany filtr.

**Dotyczy pakietu 8 poz. 7**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Dotyczy pakietu 8, poz. 5,6,7,15,17 oraz pakietu 7 poz. 1**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Dotyczy pakietu 7 poz. 1**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Dotyczy pakietu 4 poz. 19**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 19 do odrębnego pakietu.

Równocześnie dopuszcza zaoferowanie wskazanego drenu w pakiecie nr 4.