



**ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI  
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



RZESZÓW, 2012-02-21

Z/ZZP-2375-4/12

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów dezynfekcyjnych i pielęgnujących, rękawic oraz sprzętu jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 24.02.2012r.).

Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęło następujące zapytanie:

**PYTANIE:**

**Pakiet 10, Pozycja 38-40**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku. Zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych na każdym jednostkowym opakowaniu podany jest rozmiar cewnika. Ponadto każdy cewnik oznaczony jest kolorystycznie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami, dzięki czemu personel w każdej chwili jest w stanie rozpoznać rozmiar cewnika.

**Pakiet 10, Pozycja 38-40**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z otworami naprzemianległymi?

**Pakiet 10, Pozycja 41**

Czy Zamawiający dopuści donosowy cewnik tlenowy o długości 2,0m spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Pakiet 10, Pozycja 42**

Czy Zamawiający dopuści donosowy cewnik tlenowy o długości 5,0m spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

**Pakiet 10, Pozycja 43**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie: dren Redona z igłą 500mm (perforacja 150mm), butelka płaska lub okrągła 50ml Ch 6 lub Ch8?

**Pakiet 10, Pozycja 44 – 45**

Czy Zamawiający dopuści zestaw z butelką 500ml?

**Pakiet 10, Pozycja 46**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o średnicy wewnętrznej 4,6mm oraz zewnętrznej 6,6mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Pakiet 10, Pozycja 47**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o średnicy wewnętrznej 2,6mm oraz zewnętrznej 4,0mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Pakiet 10, Pozycja 48**

Czy Zamawiający dopuści końcówkę o średnicy wewnętrznej 7,59mm oraz zewnętrznej 11,85mm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

**Pakiet 10, Pozycja 53 – 55**

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 30ml?

**Pakiet 10, Pozycja 56 – 58**

Czy Zamawiający dopuści cewnik z balonem o pojemności 60ml, z 3 otworami?

**ODPOWIEDŹ****Ad Pakiet 10 poz. 38-40**

Zamawiający odstępuje od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku.

**Ad Pakiet 10 poz. 38-40**

Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z otworami naprzemianległymi.

**Ad Pakiet 10 poz. 41**

Zamawiający dopuści cewnik tlenowy o dł. 2,0 m

**Ad Pakiet 10 poz. 42, 43, 44-45, 53-55 oraz 56-58**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Ad Pakiet 10 poz. 46, 47 oraz 48**

Zamawiający dopuści zaproponowane końcówki.