



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



RZESZÓW, 2013-02-14

Z/ZZP.2375.2.13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 19.02.2013r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby na fakturze, dostarczanej wraz z zamówionym towarem, znajdowały się takie informacje jak nr serii i data ważności ?

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które nakłada obowiązek na wykonawcę powiadamiania zamawiającego o wszelkich wycofanych, wstrzymanych w obrocie produktach ?

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian?

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby dostawy towaru do siedziby Zamawiającego odbywały się odpowiednimi środkami transportu, czyli autami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu ?

dotyczy SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy ze względu na udokumentowaną zmianę cen u producenta? Wprowadzenie takiej zmiany będzie możliwe wyłącznie po wyrażeniu pisemnej zgody przez Zamawiającego.

pakiet 1, poz. 3-4

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycji nr 3 i 4, oczekuje aby przyrządy zgodnie z Farmakopeą Polską, były identyfikowalne, tzn. posiadały informację o producencie, trwale zamieszczoną bezpośrednio na przyrządzie, co ułatwia identyfikację w przypadku gdy opakowanie zewnętrzne nie jest już dostępne.

pakiet 2, poz. 7-8

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycji nr 7-8 dopuści do zaoferowania strzykawkki j. u. do pomp infuzyjnych Luer Lock bez prostopadłego wcięcia na tłoku?

Prośbę swą motywujemy tym, iż prostopadłe nacięcie tłoka miało zastosowanie w starych typach pomp, które w chwili obecnej zostały wycofane z użytku w jednostkach służby zdrowia.

Nadmieniam również że mocowanie strzykawki odbywa się za pomocą innego rozwiązania i takie wcięcie nie spełnia swojego zastosowania w pompach, które są stosowane w jednostkach służby zdrowia. Jednocześnie zauważamy, iż taki zapis wskazuje tylko i wyłącznie na jednego producenta, co jest sprzeczne z art. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z powyższego wynika, iż stawianie takiego wymogu nie ma żadnego uzasadnienia medycznego.

W przypadku nie wyrażenia zgody na dopuszczenie, zwracamy się z prośbą o wyłączenie tej pozycji do oddzielnego zadania.

pakiet 2, poz. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 2 pozycji nr 9, i utworzenie oddzielnego pakietu dla tej pozycji, umożliwi to przystąpienie do postępowania większej liczbie konkurentów a tym samym uzyskanie konkurencyjnej oferty cenowej.

pakiet 4, poz. 6-7

Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w rozmiarze 1,1 i 1,2 o dwóch rodzajach ścięcia w zależności od zastosowania: krótkościęte oraz długościęte? Igle krótkościęte przeznaczone są do aspiracji leku z fiolki, uniemożliwiają fragmentację korków i zanieczyszczenie aspirowanego leku. Igle długościęte przeznaczone są do procedur medycznych, w których wymagane jest ostre i długie ścięcie min: punkcji i ewakuacji ropni.

pakiet 4, poz. 6-7

Czy Zamawiający wymaga, aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2 posiadały oznakowanie rodzaju ostrza: krótko, czy długościęte na opakowaniu jednostkowym?

pakiet 4, poz. 1-7

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania igieł jednego producenta oznakowanych w zależności od rozmiaru numerem katalogowym? (łatwa identyfikacja produktu w przypadku ewentualnego incydentu, czy wycofania)

ODPOWIEDZI:

Ad. Pytanie dotyczące treści SIWZ

Zamawiający nie wymaga aby na fakturze znajdowały się informacje jak nr serii i data ważności.

Ad. Pytanie dotyczące treści SIWZ

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty zezwolenia na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej.

Ad. Pytanie dotyczące treści SIWZ

Zamawiający w Rozdziale XIII pkt. 2 SIWZ przewiduje zmianę treści umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT w okresie obowiązywania umowy.

Ad. Pytanie dotyczące treści SIWZ

Zamawiający nie wymaga aby dostawy towaru odbywały się odpowiednimi środkami transportu.

Ad. Pytanie dotyczące treści SIWZ

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę cen jednostkowych podczas trwania umowy.

Ad. Pytanie Pakiet 1, poz. 3-4

Zamawiający nie wymaga.

Ad. Pytanie Pakiet 2, poz. 7-8, poz. 9

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pytanie Pakiet 4, poz. 6-7

Zamawiający wymaga zaoferowania igieł w rozm. 1,1 i 1,2 o dwóch rodzajach ścięcia, czyli krótkościętych oraz długościętych.

Ad. Pytanie Pakiet 4, poz. 6-7

Zamawiający wymaga , aby igły w rozmiarze 1,1 i 1,2, posiadały oznakowanie rodzaju ostrza krótko czy długościęte na opakowaniu jednostkowym.

Ad. Pytanie Pakiet 4, poz. 1-7

Zamawiający nie wymaga.