



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



RZESZÓW, 2013-02-14

Z/ZZP.2375.2.13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 19.02.2013r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

Pakiet 4, Pozycja 12-14

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć podpajęczynówkowych z igłą prowadzącą o długości 34mm spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Pakiet 4, Pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem o długości 210cm spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Pakiet 4, Pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści nebulizator o poj. 15 ml?

Pakiet 9, Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z cewnikiem zakończonym miętko wyoblonym zakończeniem i 2 dużymi otworami bocznymi?

Pakiet 9, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny tylko z optycznym identyfikatorem pozycji spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Pakiet 9, Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści wieszak do worków dwuczęściowych?

Pakiet 9, Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z dwoma zastawkami (1 w worku, 1 w komorze), z drenem o dużej średnicy (7.0x9.8mm), wykonanym z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu, bez zakładki na kranik spustowy?

Pakiet 9, Pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści worek o parametrach:

- wymienny worek zbiorczy o pojemności 3000 z zastawką antyrefluksyjną i obsługiwanym jedną ręką, szczelnym zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego (T) z możliwością podwieszenia i blokady w specjalnej plastikowej

- kieszonce, z drenem łączącym z komorą pomiarową o długości 20cm z własną klema zaciskową (istnieje możliwość odłączenia worka i wymiany na drugi)
- czytelna, łatwa do odczytu skala worka, adekwatna do pomiaru diurezy o wysokiej dokładności pomiaru - co 100ml
 - nadrukowane miejsce do wygodnego opisu i identyfikacji danych pacjenta na przedniej ściance worka, tylna ścianka biała, ułatwiająca wizualizację moczu
 - dren odprowadzający zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 125cm, o dużej średnicy (7.0x9.8mm), wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu
 - dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu
 - na drenie klema zaciskowa typu przesuwnej oraz dodatkowa zapinka do stabilizacji drenu
 - samouszczelniający się port do pobierania próbek
 - dwa filtry hydrofobowe (w worku i komorze), zapobiegające zasysaniu, wyrównujące ciśnienie wewnętrzne w systemie
 - trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500ml podzielona na cztery pionowe zintegrowane komory pośrednie
 - najwyższy na rynku stopień dokładności pomiaru w komorze, co 1ml do 75ml (w komorze wstępnej) i co 2ml do 500ml (w pozostałych komorach)
 - możliwość blokady komory pomiarowej przy jej opróżnianiu
 - silikonowa zastawka w komorze pomiarowej, ograniczająca drogę wstępującą migracji bakteryjnej
 - zintegrowany, wygodny wieszak w postaci dwóch taśm stabilizujących oraz dodatkowego odłączanego zaczepu?

Pakiet 10, Pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści pojemnik na kał z łopatką 25ml?

Pakiet 10, Pozycja 17-20

Zwracam się z prośbą o wyłączenie pozycji i utworzenie osobnego pakietu Państwa zgoda pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty dla większej liczby uczestników.

Pakiet 12, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'70, a'75 lub 80sztuk z przeliczeniem zamawianych ilości, z zaokrągleniem do pełnych opakowań?

ODPOWIEDZI:

Ad. Pakiet 4 poz. 12-14

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pakiet 4 poz. 17

Zamawiający dopuści zaproponowaną maskę.

Ad. Pakiet 4 poz. 21, Pakiet 9 poz. 1, 2, 9, 13

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pakiet 9 poz. 14

Zamawiający dopuści zaproponowane worki.

Ad. Pakiet 10 poz. 16, 17-20

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pakiet 12 poz. 2

Zamawiający dopuści kieliszki pakowane w zaproponowanych ilościach z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.