



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



RZESZÓW, 2013-02-14

Z/ZZP.2375.2.13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 19.02.2013r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIA:**

**Dot. pakietu nr 2, poz. 1 – 4:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk dwuczęściowych producenta – firmy Becton Dickinson z tłokiem w kolorze mlecznym, co również gwarantuje dokładne ustalenie dawki leku.

**Dot. pakietu nr 2, poz. 4:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk 20 ml pakowanych w opakowania zbiorcze a'80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

**Dot. pakietu nr 4, poz. 12, 13:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły podpajęczynowej z prowadnicą 20G x 32 mm

**Dot. pakietu nr 4, poz. 14:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły podpajęczynowej z prowadnicą 22G x 32 mm

**Dot. pakietu nr 4, poz. 17:**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z drenem o długości min. 210 cm.

**Dot. pakietu nr 9, poz. 2:**

1. Czy przedłużacz w kranikach ma być wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów di(2-etyloheksyloowych) DEHP? Jest on najczęściej stosowanym w PVC ftalanem, który zaburza rozwój komórek, wywołuje zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz jest podejrzewany o działanie rakotwórcze, a wykazując rozpuszczalność w lipidach obecnych w osoczu krwi, żywieniu parenteralnym oraz nośnikach wielu leków, których infuzja może odbywać się przez wymienione produkty może dostawać się ich drogą do organizmu. Pragniemy nadmienić, iż produkty bez DEHP są powszechnie stosowane w systemach do infuzji, przyrządach do żywienia oraz innych produktach.

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kraniki trójdrożne mają być wyposażone obok wyczuwalnego także w optyczny indyktor pozycji otwarty/ zamknięty?

**ODPOWIEDZI:**

**Ad. Pakiet nr 2 poz. 1-4**

Zamawiający dopuści zaproponowane strzykawki.

**Ad. Pakiet nr 2 poz..4**

Zamawiający dopuści strzykawki pakowane w zaproponowanych ilościach z przeliczeniem do pełnego opakowania w górę.

**Ad. Pakiet nr 2 poz. 12, 13 i 14**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Ad. Pakiet nr 4 poz. 17**

Zamawiający dopuści zaproponowaną maskę.

**Ad. Pakiet nr 9 poz. 2 pkt. 1**

Zamawiający wymaga, aby przedłużacz w kranikach był wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów

**Ad. Pakiet nr 9 poz. 2 pkt. 2**

Zamawiający dopuści kraniki wyposażone zarówno w optyczny indykator pozycji jak i te które będą wyposażone zarówno w optyczny jak i wyczuwalny indykator.