



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



RZESZÓW, 2013-02-13

Z/ZZP.2375.2.13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 19.02.2013r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIA:**

**Pytania dotyczące treści SIWZ:**

Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecnictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) „dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)”.

**Pytania dotyczące projektu umowy:**

**Dotyczy § 1 ust. 4**

Ponieważ pojęcie „załatwić” jest niejednoznaczne, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zapisie na „rozpatrzyć”?

**Dotyczy § 2 ust. 2**

W związku z tym, że zarówno ze strony Państwa jak i naszej rozmowy telefoniczne nie są nagrywane, a więc w przypadku telefonicznego złożenia zamówienia, brak będzie materialnych śladów takiego faktu, co może rodzić w konsekwencji spory co do dochowania wyznaczonych terminów, czy Zamawiający może wykreślić z §2 ust. 2 sformułowania „telefonicznie”?

**Dotyczy § 2 ust. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 3 dni roboczych do 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia zamówienia cząstkowego.

Prośbę motywujemy faktem, iż dostarczany asortyment nie posiada bardzo krótkiego terminu ważności, przez co Zamawiający jest w stanie wcześniej określić wielkość zapotrzebowania i może wcześniej złożyć zamówienie, dzięki czemu Wykonawca będzie mógł terminowo zrealizować dostawę. Poza tym termin dostawy wynoszący 3 dni robocze jest nierealny, w przypadku, gdy Wykonawca korzysta z usług wynajętego przewoźnika. Zamówienie, które

wpływa do wykonawcy jednego dnia najwcześniej może być zarejestrowane w dniu następnym, pod warunkiem, że będzie zawierało wszystkie niezbędne dane do prawidłowej realizacji zamówienia zgodnie z warunkami umowy. Wystawienie stosownych dokumentów WZ, spakowanie towaru następuje najczęściej trzeciego dnia po otrzymaniu zamówienia. Spedytor dostarcza towar w ciągu 48 godzin (kolejne dwa dni), a zatem termin 5 dni roboczych jest terminem minimalnym na zrealizowanie zamówienia.

#### **Dotyczy § 2 ust. 3**

Prosimy o usunięcie zapisu z § 2 ust. 3: „Dostawca ma obowiązek wniesienia zamówionego towaru do środka Magazynu Centralnego”

#### **Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia W PAKIECIE NR 10:**

##### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający rozpatrzy podzielenie pakietu nr 10 tak, aby w jednym pakiecie znalazły się poz. 1-11 lub czy Zamawiający rozpatrzy możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje w pakiecie 10? Prośbę swoją motywujemy tym, że pozycje 1-11 są oferowane przez ograniczoną ilość dostawców, ponadto w pakiecie jest zawarty bardzo szeroki asortyment towarów, co preferuje wszelkiego rodzaju hurtownie i pośredników eliminując wysokiej klasy dostawców i producentów specjalizujących się w sprzęcie wysokiej jakości. Uważamy, że dopuszczenie składania ofert na poszczególne pozycje lub wyłączenie pozycji nr 1-11 z pakietu, spowoduje dostawy towarów bez marży pośredników oraz umożliwi szeroką konkurencję dostawców, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia cen.

##### **Pytanie 2**

**Ze względu na różny sposób konfekcjonowania wyrobów w różnych firmach, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie innych wielkości opakowań, niż te podane w formularzu cenowym. Oczywiście wszelkie przeliczenia pozostaną zgodne z Państwa wymaganiami w formularzu cenowym lub w formularzu cenowym zostaną odpowiednio naniesione poprawki w wielkości opakowań i ilości zamawianych sztuk, w taki sposób, aby całkowita ilość sztuk była zgodna z określonym w SIWZ zapotrzebowaniem na dany produkt.**

##### **Pytanie 3, pozycja 12**

- a) Czy Zamawiający wymaga pojemnika w całości autoklawowalnego?
- b) Z jakim kolorem wieczka należy zaoferować pojemnik: żółtym, czerwonym czy białym?
- c) Czy minimalna pojemność pojemnika ma wynosić 120 ml, bowiem standardowo tego typu pojemniki mają pojemność min. 120 ml, a max. 140 ml?

##### **Pytanie 4, pozycja 18**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie korków uniwersalnych do próbek z autoklawowalnego tworzywa PE?

**Pytanie 5, pozycja 13**

Prosimy o odpowiedź, jakiego rodzaju czystości pojemników Państwo oczekują tj. pojemników aseptycznych czy sterylnych?

Bardzo często pod pojęciem produktów sterylnych oferowane są przez wykonawców produkty nie sterylne o podwyższonym stopniu czystości to znaczy wyprodukowane w warunkach specjalnej czystości. Oznaczane są one jako STERILE A lub Aseptyczne. Dotyczy to na przykład takich produktów jak: szalki, pojemniki na próbki itp. Wyroby te są wystarczające do prowadzenia badań IVD (in vitro), o ile nie mają kontaktów z powłokami ciała człowieka. Nie są to jednak produkty, które przeszły zwalidowany proces sterylizacji z gwarancją uzyskania  $SAL \geq 6$ . Produkty Aseptyczne ( STERILE A) są istotnie tańsze od produktów sterylnych.

**Jeśli wymagają Państwo produktu sterylnego, to na jakiej podstawie będą Państwo weryfikować sterylność produktu, czy np. poprzez Certyfikat sterylności wydany dla partii produktu sterylnego?**

**ODPOWIEDZI:****Ad. Pytanie dotyczące treści SIWZ**

Zamawiający nie dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku.

**Ad. Pytanie dotyczące projektu umowy, dotyczy §1 ust. 4**

Zamawiający wyraża zgodę aby słowo „załatwić” zostało zastąpione słowem „rozpatrzyć”.

**Ad Pytanie dotyczące projektu umowy, dotyczy §2 ust. 2, ust. 3**

Zamawiający nie przewiduje zmian w projekcie umowy.

**Ad. Pakiet 10****Pytanie 1 , pyt. 2, pyt. 3 poz. 12a, pyt. 4 poz. 18**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Pytanie 3 poz. 12b.**

Kolor wieczka jest obojętny.

**Pytanie 3 poz. 12c**

Minimalna pojemność pojemnika ma wynosić 120 ml.

**Pytanie 5 poz. 13**

Zamawiający wymaga pojemników sterylnych.