



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 RZESZÓW
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



RZESZÓW, 2013-02-13

Z/ZZP.2375.2.13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 19.02.2013r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

Pytanie 1 Pakiet nr 1 poz. 3

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu bez dodatkowego łącznika do iniekcji, który posiada tylko jedna firma na rynku co ogranicza uczciwą konkurencję. Ponadto przyrząd bez dodatkowego łącznika jest dużo tańszy i powszechnie stosowany w branży medycznej.

Pytanie 2 Pakiet nr 3 poz.

Zamawiający poprzez opis pakietu wskazuje bezpośrednio na jednego producenta firmę BECTON DICKINSON, tak szczegółowy opis skutecznie ogranicza udział innych wykonawców w przetargu, co finalnie powoduje wysoką wartość pakietu. Ustawa w sposób jasny mówi:

Art.29.2 „Przedmiot zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję.”

Art. 7.1 „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”

Art. 7.2. Czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

W związku z tym wnioskuję o dopuszczenie:

Poz.1 kaniul do wkłuc obwodowych wyposażonych w filtr hydrofobowy spełniający dokładnie tą samą funkcję co zastawka antyzwrotna.

Poz. 1 kaniul wyposażonych w 3 paski kontrastujące w rtg. Większa ilość pasków nie oznacza, że kaniula jest lepiej widoczna. A ilość pasków to tylko wybieg marketingowy aby ograniczyć konkurencję.

Poz.2 kaniul wyposażonych w 3 paski kontrastujące w rtg, bez zabezpieczenia przed rozpryskiem takie rozwiązanie posiada tylko Becton Dickinson, filtr hydrofobowy spełniający dokładnie taką samą funkcję co zastawka antyzwrotna o rozmiarze: 20 GA 1,0x32, 16GA 1,75x45

Poz. 4 korków od innego producenta niż kaniule w pełni ze sobą kompatybilne

ODPOWIEDZI:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.