



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2013-04-04

Z/ZZP.2375.5.13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych (z terminem składania ofert w dniu 09.04.2013r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

Zadanie Nr 2 – Defibrylator do karetki - 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o klasie IPX4?
2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania elektrody, które nie są transparentne w RTG?
3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z możliwością odczytu 12 odprowadzeń EKG, lecz bez automatycznej interpretacji i diagnozy?
4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o zakresie pomiaru tętna od 30 do 300 uderzeń/minutę?
5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z sygnałem wzmocnienia EKG w zakresie: 0,25-4cm/mV i 5 poziomach? Proponowany przez nas defibrylator umożliwia dokonanie oceny klinicznej wyspecyfikowanego odcinka krzywej EKG dzięki opcji zamrożenia krzywej EKG w czasie rzeczywistym na ekranie defibrylatora. Wymóg wzmocnienia sygnału na poziomie co najmniej 0,25 do 4 cm/mV i 8 poziomów nastawnych nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej zarówno przy odczycie z ekranu monitora defibrylatora jak również przy wydruku zapisu i ma na celu wyłącznie sztuczną blokadę parametrów technicznych innych czołowych producentów sprzętu medycznego.
6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z modułem pomiaru SpO2 w zakresie 1-100%?
7. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator bez możliwości rozbudowy o pomiar IBP i temperatury?
8. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z możliwością transmisji danych za pomocą Bluetooth? Oferowane urządzenie posiada również wymienną kartę pamięci.

Zadanie Nr 3 – Defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej - 1 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z kolorowym ekranem TFT z podświetleniem LED o przekątnej 8,4”?

2. Czy Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy o 23 poziomach energii zewnętrznej? Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej stanowi indywidualne rozwiązanie przyjęte przez konkretnego producenta, wszystkie oferowane na rynku defibrylatory posiadają zgodne z normami bezpieczeństwa zakresy energii wraz z odpowiadającą im ilością stopni dostępności energii zewnętrznej zapewniające defibrylację różnych grup wiekowych, co potwierdzają stosowne świadectwa dopuszczenia do stosowania. Ponadto ilość poziomów energii zewnętrznej nie ma żadnego wpływu na skuteczność działania defibrylatora a w szczególności na osiągnięcie celu defibrylacji.
3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, którego waga wraz z pełnym oprzyrządowaniem nie przekracza 9 kg?
4. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o zakresie pomiaru tętna od 30 do 300 uderzeń/minutę?
5. Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z sygnałem wzmocnienia EKG w zakresie: 0,25-4cm/mV i 5 poziomach? Proponowany przez nas defibrylator umożliwia dokonanie oceny klinicznej wyspecyfikowanego odcinka krzywej EKG dzięki opcji zamrożenia krzywej EKG w czasie rzeczywistym na ekranie defibrylatora. Wymóg wzmocnienia sygnału na poziomie co najmniej 0,25 do 4 cm/mV i 8 poziomów nastawnych nie znajduje uzasadnienia od strony praktycznej zarówno przy odczycie z ekranu monitora defibrylatora jak również przy wydruku zapisu i ma na celu wyłącznie sztuczną blokadę parametrów technicznych innych czołowych producentów sprzętu medycznego.
6. Czy Zamawiający dopuści do postępowania elektrody, które nie są transparentne w RTG?

ODPOWIEDŹ:

Zadanie nr 2

Ad. Pytanie 1, pyt. 2, pyt. 3, pyt. 4,

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pytanie 5

Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z sygnałem wzmocnienia EKG w zakresie: 0,25-4cm/mV i 5 poziomach

Ad. Pytanie 6

Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z modułem pomiaru SpO2 w zakresie 1-100%.

Ad. Pytanie 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pytanie 8

Zamawiający dopuszcza możliwość transmisji danych przez Bluetooth.

Zadanie nr 3

Ad. Pytanie 1

Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z kolorowym ekranem TFT z podświetleniem LED o przekątnej 8,4"

Ad. Pytanie 2

Zamawiający dopuści do przetargu nowoczesny defibrylator dwufazowy o 23 poziomach energii zewnętrznej.

Ad. Pytanie 3, pyt. 4

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pytanie 5

Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z sygnałem wzmocnienia EKG w zakresie: 0,25-4cm/mV i 5 poziomach.

Ad. Pytanie 6

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.