



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2013-04-04

Z/ZZP.2375.5.13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych (z terminem składania ofert w dniu 09.04.2013r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

Zadanie Nr 2 – Defibrylator do karetki - 1 szt.

Zestawienie Parametrów Techniczno-Użytkowych

pkt. 7

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator do karetki z czasem pracy na 1 akumulatorze wynoszącym przynajmniej 5 godzin monitorowania z EKG, SpO2, CO2 temperaturą i dwoma ciśnieniami inwazyjnymi monitorowanymi nieprzerwanie i NBP mierzonym co 15 minut i 20 defibrylacji energią 200 J?

pkt. 9

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator do karetki spełniający normę IP24?

pkt. 12

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator do karetki z dwufazową falą defibrylacji w zakresie energii od 1 do 200J?

pkt. 16

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator do karetki nieposiadający łyżek twardych z regulacją energii defibrylacji oraz niewyposażonych w przycisk umożliwiający drukowanie?

pkt. 20

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator do karetki umożliwiający regulację prądu stymulacji w zakresie 10-175 mA?

pkt. 24

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator do karetki z zakresem pomiaru tętna od 15-300 u/min.?

pkt. 25

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator do karetki oferujący wzmocnienie zapisu EKG na 4 poziomach w zakresie 2,5 - 40 mm/mV oraz wzmocnienie automatyczne?

pkt. 30

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator do karetki z możliwością transmisji danych przez Bluetooth oraz telefon komórkowy?

pkt. 31

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator do karetki wyposażony w moduł pomiaru SpO2 w zakresie 0-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dzieci?

pkt. 32

10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator do karetki bez możliwości rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips?

pkt. 44

11. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia wraz z defibrylatorem do karetki instrukcji serwisowej w języku polskim?

Zadanie Nr 3 – Defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej - 1 szt.

Zestawienie Parametrów Techniczno-Użytkowych

pkt. 7

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej z zakresem wyboru energii w J 1-200 w trybie manualnym?

pkt. 8

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej z energią 150 J w trybie automatycznym?

pkt. 9

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej posiadający możliwość wyboru 20 stopni energii zewnętrznej?

pkt. 12

4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej posiadający ekran monitora o przekątnej 8,4”?

5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej posiadający ekran monitora o przekątnej 6,5”?

pkt. 15

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej o wadze 6 kg liczonej wraz z elektrodami, kablem elektrod, akumulatorem i pełną rolką papieru?

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej o wadze 6,6 kg liczonej wraz z kablem elektrod, akumulatorem i pełną rolką papieru?

pkt. 21

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej oferujący wzmocnienie zapisu EKG na następujących poziomach: 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV, wzmocnienie automatyczne?

pkt. 25

9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej umożliwiający pomiar saturacji krwi tętniczej w zakresie od 0 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń?

pkt. 34

10. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia wraz z defibrylatorem z opcją stymulacji zewnętrznej instrukcji serwisowej w języku polskim?

Zadanie Nr 5 – Moduł hemodynamiczny do kardiomonitora - 1 szt.

Zestawienie Parametrów Techniczno-Użytkowych

pkt. 17

1. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia wraz z modułem hemodynamicznym do kardiomonitora instrukcji serwisowej w języku polskim?

Zadanie Nr 6 – Rozbudowa centrali monitorującej Philips - 1 szt.

Zestawienie Parametrów Techniczno-Użytkowych

pkt. 16

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia wraz z rozbudową centrali monitorującej Philips instrukcji serwisowej w języku polskim?

ODPOWIEDŹ:

Zadanie nr 2

Ad. Pytanie 1 pkt 7

Zamawiający dopuści defibrylator o zaproponowanym czasie monitorowania lecz wymagana jest ilość min. 200 defibrylacji x 200J.

Ad. Pytanie 2 pkt 9, pyt. 3 pkt 12, pyt. 4 pkt 16, pyt. 5 pkt 20,

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pytanie 6 pkt 24

Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator do karetki z zakresem pomiaru tętna od 15-300 u/min

Ad. Pytanie 7 pkt 25

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pytanie 8 pkt 30

Zamawiający dopuszcza możliwość transmisji danych przez Bluetooth oraz telefon komórkowy.

Ad. Pytanie 9 pkt 31

Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator do karetki wyposażony w moduł pomiaru SpO₂ w zakresie 0-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dzieci.

Ad. Pytanie 10 pkt 32, pyt. 11 pkt 44

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Zadanie nr 3

Ad. Pytanie 1 pkt 7, pyt. 2 pkt 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pytanie 3 pkt 9

Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej posiadający możliwość wyboru 20 stopni energii zewnętrznej.

Ad. Pytanie 4 pkt 12

Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej posiadający ekran monitora o przekątnej 8,4"

Ad. Pytanie 5 pkt 12

Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej posiadający ekran monitora o przekątnej 6,5"

Ad. Pytanie 6, pyt. 7 pkt 15

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pytanie 8 pkt 21

Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej oferujący wzmocnienie zapisu EKG na następujących poziomach: 2,5, 5, 10, 20, 40 mm/mV, wzmocnienie automatycznej.

Ad. Pytanie 9 pkt 25

Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z opcją stymulacji zewnętrznej umożliwiający pomiar saturacji krwi tętniczej w zakresie od 0 do 100 % w technologii cyfrowej eliminacji zakłóceń

Ad. Pytanie 10 pkt 34

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Zadanie nr 5

Ad. Pytanie 1 pkt 17

Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia wraz modułem hemodynamicznym do kardiomonitora instrukcji serwisowej w języku polskim

Zadanie nr 6

Ad. Pytanie 1 pkt 16

Zamawiający zrezygnuje z wymogu dostarczenia wraz rozbudową centrali monitorującej Philips instrukcji serwisowej w języku polskim