



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2013-04-04

Z/ZZP.2375.5.13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych (z terminem składania ofert w dniu 09.04.2013r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIA:**

**Zadanie Nr 1 – Aparat do znieczulenia= 1 szt.**

pkt. 10 Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w 3 zamiast 4 gniazd elektrycznych 230V (umieszczone na bocznej ścianie aparatu? Ilość gniazd elektrycznych i ich umieszczenie nie jest parametrem klinicznym a 3 gniazda elektryczne w samym aparacie z zupełności wystarczają do połączenia niezbędnych urządzeń. Każda sala operacyjna musi posiadać osobne gniazda do podłączania innych urządzeń nie związanych z aparatem do znieczulania.

pkt. 21 Czy Zamawiający dopuści precyzyjne przepływomierze elektroniczne ? Jest to rozwiązanie stosowane obecnie przez wszystkich czołowych producentów aparatów do znieczulania.

pkt. 27 Czy Zamawiający dopuści pochłaniacz dwutlenku węgla wielorazowy o obudowie przeziernej i pojemności 1,5 l? Większa pojemność pochłaniacza jest parametrem lepszym od opisanego a ograniczanie jego pojemności wiąże się jedynie z faworyzowaniem aparatów GE Datex-Ohmeda, które posiadają pochłaniacze mniejsze niż inni producenci.

pkt. 30 Czy Zamawiający dopuści kolorowy ekran LCD respiratora o przekątnej mniejszej niż 12" ?

pkt. 77 Prosimy o rezygnację z zapisu niezgodnego z Ustawą o Zamówieniach Publicznych tj. „Kompatybilność z posiadanymi przez Zamawiającego modułami systemu S/5”. Zapis narusza uczciwą konkurencję i uniemożliwia złożenie oferty innym Oferentom niż przedstawiciel marki GE Datex-Ohmeda. Zamawiający zgodnie z pkt. 77 wymaga równocześnie „Aparatu i monitora ze względów ekonomicznych i serwisowych jednego producenta” a zatem nie jest możliwe zaoferowanie innego aparatu niż GE skoro to już sam monitor jest ograniczony wyłącznie do jednego producenta.

**ODPOWIEDŹ:**

**Ad. Zadanie nr 1 Aparat do znieczulenia pkt 10, pkt 30, pkt 77**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Ad. Zadanie nr 1 Aparat do znieczulenia pkt 21**

Zamawiający dopuści precyzyjne przepływomierze elektroniczne

**Ad. Zadanie nr 1 Aparat do znieczulenia pkt 27**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. Takie same pochłaniacze posiada f. Drager, nie jest to zatem faworyzowanie 1 firmy