



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2013-04-05

Z/ZZP.2375.5.13

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych (z terminem składania ofert w dniu 09.04.2013r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIA:**

**Zadanie Nr 8 – Zestaw do prób wysiłkowych z bieżnią- 1 szt.**

1. Czy Zamawiający dopuści bieżnię o zakresie prędkości ruchowej pasa niewiele odbiegającej od wymaganej 0,8-19,2 km/h?
2. Czy Zamawiający dopuści oprogramowanie, w którym do klawiszy funkcyjnych (F1-F12) na stałe przypisane są najważniejsze funkcje?
3. Czy Zamawiający dopuści zestaw do prób wysiłkowych w którym moduł akwizycji EKG nie jest zamocowany na stałe do bieżni?  
Przenośny moduł akwizycji pozwala pacjentowi na większą swobodę ruchów.
4. Czy Zamawiający dopuści zestaw do prób wysiłkowych bez wbudowanego modułu edukacji pacjenta

**ODPOWIEDŹ:**

**Ad. Pytanie 1**

Zamawiający dopuści bieżnię o zaproponowanym zakresie prędkości ruchowej pasa .

**Ad. Pytanie 2**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Ad. Pytanie 3**

Zamawiający dopuści zestaw do prób wysiłkowych w którym moduł akwizycji EKG nie jest zamocowany na stałe do bieżni

**Ad. Pytanie 4**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.