



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

RZESZÓW, 2014-02-25

Z/ZZP.2375.1.14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 28.02.2014r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

Pakiet 2

Pozycja 1-4

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania strzykawk dwuczęściowych producenta firmy Becton Dickinson posiadających mleczny tłok, czarną skalę idealnie kontrastującą oraz skalę odpowiadającą pojemności nominalnej strzykawki, co pozwala na precyzyjne dawkowanie leku. . Pragniemy podkreślić, iż zapisy Polskiej Normy PN-EN ISO 7886-1 dotyczącej jałowych strzykawk iniekcyjnych do jednorazowego użytku nie nakazują, a jedynie zezwalają na stosowanie opisanych w siwz rozwiązań czyli rozszerzonej skali czy tłoka w kolorze kontrastującym, gdyż stosowanie w/w rozwiązań nie ma żadnych przesłanek klinicznych.

Pozycja 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk 20 ml pakowanych w opakowanie zbiorcze a'80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu cenowym.

Pakiet 4

Pozycja 12,13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły podpajęczynowej z prowadnicą 20G x 32 mm.

Pozycja 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły podpajęczynowej z prowadnicą 22G x 32 mm.

Pozycja 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej z drenem o długości min. 210 cm.

Pakiet 5:

Poz.21-23: Prosimy o sprecyzowanie czy dreny, tak jak końcówki do odsysania pola operacyjnego, mają być pakowane w podwójnie opakowanie: wewnętrzny perforowany worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier?

Poz.23: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania drenów o dł 4m spełniających pozostałe wymogi siwz.

Pakiet 9

Pozycja 2

1.Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy przedłużacz w kranikach ma być wykonany z PVC nie zawierającego ftalanów di(2-etyloheksyloowych) DEHP? Jest on najczęściej stosowanym w PVC ftalanem, który zaburza rozwój komórek, wywołuje zmiany w narządach

rozrodczych, wątrobie oraz jest podejrzewany o działanie rakotwórcze, a wykazując rozpuszczalność w lipidach obecnych w osoczu krwi, żywieniu parenteralnym oraz nośnikach wielu leków, których infuzja może odbywać się przez wymienione produkty może dostawać się ich drogą do organizmu. Pragniemy nadmienić, iż produkty bez DEHP są powszechnie stosowane w systemach do infuzji, przyrządach do żywienia oraz innych produktach.

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kraniki trójdrożne mają być wyposażone obok wyczuwalnego także w optyczny indykator pozycji otwarty/zamknięty.

Dotyczy zapisów siwz:

1. Czy Zamawiający w przypadku wątpliwości będzie żądał dostarczenia próbek w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego zawartym w SIWZ?

2. Czy Zamawiający w celu weryfikacji czy zaoferowane produkty odpowiadają wymogom Zamawiającego, wymaga dołączenia do oferty katalogów, broszur lub opisów pozwalających na zweryfikowanie zgodności zaoferowanego asortymentu.

ODPOWIEDZI:

Ad. Pakiet 2 poz. 1-4

Zamawiający dopuści zaproponowane strzykawki

Ad. Pakiet 2 poz. 4

Zamawiający dopuści strzykawki 20 ml pakowane w opakowanie zbiorcze a'80 sztuk z odpowiednim przeliczeniem do pełnej ilości „w górę” w formularzu cenowym.

Ad. Pakiet 4 poz. 12, 13, 14

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pakiet 4 poz. 17

Zamawiający dopuści maski tlenowe z drenem o długości min. 210 cm.

Ad. Pakiet 5 poz. 21-23

Dreny, tak jak końcówki do odsysania pola operacyjnego, mają być pakowane w podwójne opakowanie: wewnętrzny perforowany worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier.

Ad. Pakiet 5 poz. 23

Zamawiający dopuści dreny o dł 4m.

Ad. Pakiet 8 poz. 2 pkt. 1

Zamawiający modyfikuje zapis poprzez wykreślenie słowa „z przedłużką”.

Ad. Pakiet 8 poz. 2 pkt. 2

Zamawiający nie wymaga aby kraniki trójdrożne były wyposażone obok wyczuwalnego także w optyczny indykator pozycji otwarty/zamknięty.

Dotyczy zapisów SIWZ

Pytanie 1

Zamawiający nie będzie żądał dostarczenia próbek.

Pytanie 2

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty katalogów, broszur lub opisów.

W/w odpowiedzi są modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku z modyfikacją treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 07.03.2014r. do godz. 11:00. Otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 11:30. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.