



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

RZESZÓW, 2014-02-25

Z/ZZP.2375.1.14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 28.02.2014r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

Pakiet 2, dotyczy poz. 9

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pakietu poz.9 co pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert?

Pakiet 10, dotyczy poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników 1-światłowych bez zastawki bezigłowej, albowiem taki cewnik bezpośrednio połączony jest z linią infuzyjną i wtedy zastawka nie pełni żadnej dodatkowej roli, jaką pełni w wypadku cewników wieloświatłowych gdzie często dodatkowe światła pozostają wolne?

Pakiet 10, dotyczy poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cewnikowania żył centralnych wraz ze zmodyfikowaną igłą Seldingera ze zintegrowaną zastawką, co pozwala wprowadzić prowadnicę do żyły bez odłączania strzykawki (zabezpieczenie przed wypływem krwi, aspiracja powietrza, szczelny układ itd.), zestaw posiada także prowadnicę odporną na zaginanie i załamywanie, strzykawkę?

Pakiet 10, dotyczy poz. 1-5

Czy Zamawiający oczekuje, aby zestawy cewników posiadały bezpieczną prowadnicę odporną na zaginanie wykonaną z Nitinolu, zapewniającą przeprowadzenie procedury cewnikowania w sposób bezpieczny?

Pakiet 10, dotyczy poz. 1-5

Czy Zamawiający wymaga aby zestawy cewników wyposażone były w kabelek umożliwiający połączenie cewnika z aparatem EKG, celem identyfikacji jego właściwego położenia w naczyniu?

ODPOWIEDZI:

Ad. Pakiet 2 poz. 9

Tak, Zamawiający wydziela z Pakietu nr 2 poz. 9 poprzez utworzenie nowego Pakietu.

Ad. Pakiet 10 poz. 1

Zamawiający dopuści zaproponowane cewniki.

Ad. Pakiet 10 poz. 1-5

Zamawiający oczekuje aby zestawy cewników posiadały bezpieczną prowadnicę odporną na zaginanie wykonaną z Nitinolu , zapewniającą przeprowadzenie procedury cewnikowania w sposób bezpieczny.

Ad. Pakiet 10 poz. 1-5

Zamawiający nie wymaga aby zestawy cewników wyposażone były w kabelek umożliwiający połączenie cewnika z aparatem EKG, celem identyfikacji jego właściwego położenia w naczyniu ?

W/w odpowiedzi są modyfikacją Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i są wiążące dla Wykonawców. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

W związku z modyfikacją treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 07.03.2014r. do godz. 11:00. Otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz. 11:30. Miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

W załączeniu (2 szt.) zmodyfikowanych Formularzy asortymentowo-cenowych dla **Pakietu nr 2**

Pieczeń oferenta

Pakiet nr 2 A – Strzykawki

Lp	Nazwa towaru	J.m.	Ilość szacunkowa roczna	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	Wartość	
1	Strzykawka dwuczęściowa j. uż. luer o poj. 2 ml Luer z kolorowym tłokiem w celu dokładnego ustalenia dawki leku	op. a 100 szt.	200					
2	Strzykawka dwuczęściowa j. uż. luer o poj. 5 ml Luer z kolorowym tłokiem w celu dokładnego ustalenia dawki leku	op. a 100 szt.	290					
3	Strzykawka dwuczęściowa j. uż. luer o poj. 10 ml Luer z kolorowym tłokiem w celu dokładnego ustalenia dawki leku	op. a 100 szt.	220					
4	Strzykawka dwuczęściowa j. uż. luer o poj. 20 ml Luer z kolorowym tłokiem w celu dokładnego ustalenia dawki leku	op. a 100 szt.	240					
5	Strzykawka j. uż. typu Janette do płukania i karmienia o poj. 100-120 ml, z uszczelnieniem z elastycznego materiału (silikon, guma, guma syntetyczna lub inny równoważny) dodatkowy min. jeden łącznik-reduktor luer- opakowanie folia/papier,	Szt.	2400					
6	Strzykawka do tuberkuliny o poj. 1 ml, z uszczelnieniem z elastycznego materiału (silikon, guma, guma syntetyczna lub inny równoważny) z nakładaną igłą - opakowanie folia/papier,	op. a 100 szt.	1					

7	Strzykawka 50 ml perfuzyjna biała do pomp infuzyjnych z prostopadłym wycięciem na tłoku, tłok i cylinder wykonany z polipropylenu, logo i nazwa własna strzykawki na cylindrze, nominalna skala z podziałką 1 ml w kolorze czarnym	Szt.	2200					
8	Strzykawka 50 ml perfuzyjna bursztynowa do pomp infuzyjnych z prostopadłym wycięciem na tłoku, tłok i cylinder wykonany z polipropylenu, logo i nazwa własna strzykawki na cylindrze, nominalna skala z podziałką 1 ml w kolorze czarnym	Szt.	2100					
				Razem netto:		Razem brutto:		

Razem słownie: złotych brutto

Miejscowość i data

.....
Podpis osoby upoważnionej

Pieczęć oferenta

Pakiet nr 2 B – Strzykawki

Lp	Nazwa towaru	J.m.	Ilość szacunkowa roczna	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	Wartość	
1	Strzykawka z solą fizjologiczną do przepłukiwania dostępów naczyniowych o poj. 3 ml pojemność cylindra dostosowana do ilości soli, zabezpieczona dokręcanym korkiem o długości min. 12 mm, średnica cylindra jak w strzykawce 10 ml, tłok całkowicie chowa się w cylindrze po podaniu soli, opakowanie zbiorcze w formie plastikowej kuwety	Szt.	200					
					Razem netto:		Razem brutto:	

Razem słownie: złotych brutto

Miejscowość i data

.....
Podpis osoby upoważnionej