



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

RZESZÓW, 2014-02-21

Z/ZZP.2375.1.14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 28.02.2014r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIE:**

**Przedmiot zamówienia – Pakiet nr 14 :**

- Poz. 1**– Czy zamawiający wymaga aby podkład miał zaznaczenie perforacji ?
- Poz. 1** - Czy zamawiający wymaga: gramatura podkładu 2x16,5g/m<sup>2</sup> brzeg bez postrzępień, grubość folii min. 20 mikrometrów, folia zgrzewana, powierzchnia tłoczona wygniatana, chłonność min.160g/m<sup>2</sup>. ?

**ODPOWIEDŹ:**

**Ad. Poz. 1**

Zamawiający nie wymaga, aby podkład miał zaznaczenie perforacji.

**Ad. Poz. 2**

Zamawiający nie wymaga, podkładów o parametrach przedstawionych w zapytaniu.