



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2014-03-12

Z/ZZP.2375.2.14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń medycznych do SP ZOZ MSW w Rzeszowie (z terminem składania ofert w dniu 14.03.2014r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

1. Dotyczy zadanie nr 2 pkt 7: tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści aparat który posiada generator wysokiej częstotliwości do 30 kHz?
2. Dotyczy zadanie nr 2 pkt 8 celem doprecyzowania prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający wymaga prądu min. 10 mA dla obydwu trybów: skopii pulsacyjnej i skopii ciągłej.
3. Dotyczy zadanie nr 2 pkt 14: tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści aparat ze skopią pulsacyjną w zakresie 0,5 do 8 pulsów/s i skopią ciągłą do 30 klatek/s?
4. Dotyczy zadanie nr 2 pkt 21: tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy Zamawiający dopuści aparat o maksymalnej prędkości chłodzenia anody na poziomie min. 13,8 kHU/min? (Zastosowana w oferowanym przez nas aparacie lampa RTG oraz parametry toru wizyjnego pozwalają na używanie niższych parametrów pracy aparatu, wydziela się więc mniej ciepła - a dodatkowo zredukowana jest dawka promieniowania, która jest aplikowana pacjentowi.) Szybkość chłodzenia 13,8 kHU/min, przy pojemności cieplnej kołpaka 1200 kHU, pozwala na prowadzenie badania w trybie fluoroskopii nawet przez okres 50 min ciągłego używania lampy rentgenowskiej (z przerwami wynikającymi tylko z Rozporządzeń Ministra Zdrowia).
5. Dotyczy zadanie nr 2 pkt 29: tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy Zamawiający dopuści aparat którego zakres ruchu poziomego ramienia C wynosi 20 cm?
6. Dotyczy zadanie nr 2 pkt 33: tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy Zamawiający dopuści aparat którego całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej wynosi +/-190 °? Już +/-180 ° umożliwia położenie lampy i wzmacniacza w każdej pozycji względem pacjenta.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



7. Dotyczy zadanie nr 2 pkt 34: tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy Zamawiający dopuści aparat którego zakres ruchu orbitalnego wynosi min 130 °?
8. Dotyczy zadanie nr 2 pkt 37: tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści aparat posiadający jedną dźwignię do skręcania kołami i hamulec dwóch kół uruchamiany za pomocą jednej dźwigni nożnej (skutecznie unieruchamiający cały aparat)?
9. Dotyczy zadanie nr 2 pkt 38: tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści aparat posiadający wielofunkcyjny programowalny pedał z minimum 4 trybami pracy koniecznie z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny jako dodatkowe miejsce wyzwalania promieniowania np. w obrębie ramienia C ?
10. Dotyczy zadanie nr 2 pkt 41: tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy Zamawiający dopuści aparat z dwupolowym wzmacniaczem obrazu 9" i 6"? Jest to rozwiązanie pozwalające na powiększenia geometryczne w nieco węższym zakresie, ale pamiętać należy, że powiększenie geometryczne wiąże się ze zwiększeniem dawki promieniowania dla Pacjenta i Personelu Medycznego przebywającego na Sali operacyjnej. W proponowanym przez nas rozwiązaniu kamera ma rozdzielczość 1024 x 1024 pixele co pozwala na stosowanie powiększenia cyfrowego przy lepszej jakości obrazu - bez zwiększania dawki promieniowania.
11. Dotyczy zadanie nr 2 pkt 43 tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy Zamawiający dopuści aparat z zaawansowanym systemem EASY, który dobiera automatycznie dawkę, jasność i kontrast na podstawie informacji z całego pola wzmacniacza, dobierając parametry do obiektu, który znajduje się w dowolnym miejscu w ramach pola, także jeśli jest on umieszczony niecentralnie (a nie do powietrza)?
12. Dotyczy zadanie nr 2 pkt 42 Prosimy o potwierdzenie iż doszło tu do omyłki pisarskiej i właściwą wymaganą wartością jest 1024 x 1024 pixeli?
13. Dotyczy zadanie nr 2 pkt 44, 45 i 46 tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy Zamawiający dopuści aparat z dwoma monitorami przekątnej 19" , rozdzielczości 1280x1024 i kącie widzenia 170° każdy?
14. Dotyczy zadanie nr 2 pkt 49 tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Mając na uwadze fakt iż monitory wyświetlają obraz z głębią szarości max do 10 bit, pytamy, Czy Zamawiający dopuści aparat którego matryca obrazu zapamiętanego wynosi 1024 x 1024 x 12bit ?
15. Dotyczy zadanie nr 2 pkt 50: Czy Zamawiający w trosce o ergonomię i wygodę pracy zmieni ten wymóg na: Pojemność pamięci na dysku twardym min. 60000 obrazów?
16. Dotyczy zadanie nr 2 pkt 52 tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością archiwizacji na CD w formacie BMP i Dicom wraz z załączonym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie obrazów na komputerach klasy PC oraz możliwością zapisu na USB w formacie BMP i Dicom?
17. Dotyczy zadanie nr 2 pkt 59 tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy Zamawiający zrezygnuje z tego pkt?
18. Dotyczy zadanie nr 2 pkt 60: tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści aparat z wyświetlaniem

- dawki na monitorze oraz z cyfrową archiwizacją dawki na zdjęciu na monitorze, w pamięci aparatu oraz na zdjęciu drukowanym?
19. Dotyczy zadanie nr 2 pkt 61: tak sformułowany wymóg uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści aparat z generatorem sterowanym klawiaturą membranową?
 20. Dotyczy zadanie nr 2 pkt 65: Zamawiający w pkt 62 określił już urządzenia do archiwizacji, czy w związku z tym zmieni brzmienie tego pkt na :” Instrukcja użytkownika w języku polskim (z dostawą) „,?
 21. Czy Zamawiający będzie wymagał aparatu z pomiarem odległości i kątów?

ODPOWIEDZI:

Ad. pyt. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Zgodnie z SIWZ.

Ad. pyt. 5

Zamawiający dopuszcza.

Ad. pyt. 6

Zgodnie z SIWZ. Wymagany w SIWZ zakres pozwala na wykonanie każdego badania bez repozycjonowania pacjenta.

Ad. pyt. 12

Tak.