

**GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY**  
(pom. nr 0.14 )

|                                  |  |                   |  |
|----------------------------------|--|-------------------|--|
| wyposaż. budowl.                 | malowanie,<br>wykończenie<br>specjalne   | ściany            | wykładzina PCV/ płytki glazurowane na pełną wysokość   |
|                                  |  | sufity            | sufit szczelny, farba zmywalna   |
|                                  | podłogi  |                   | wykładzina typu tarkett bezspoinowa antyelektrostatyczna z odprowadzeniem ładunku, z wywinieciem na ściany do wys. 10cm, połączenie ściany i posadzki wyoblone, o średnicy 6cm |
|                                  | Izolacja dźwiękochłonna  |                   | wg normy   |
|                                  | Wysokość pomieszczenia   |                   | 2,50m  |
| Instalacje sanitarne i specjalne | Temperatura pomieszczenia  |                   | 24°C   |
|                                  | Wymagania specjalne dotyczące doprowadzania wody, pary do urządzeń i odprowadzania ścieków |                   | doprowadzenie wody zimnej i ciepłej, odpływ do kanalizacji, baterie bezdotykowe (fotokomórka) nad umywalką, baterie łokciowe nad zlewem  |
|                                  | Wentylacja   | grawitacyjna      | -  |
|                                  |  | mechaniczna       | 10w/h, nadciśnienie +10%   |
|                                  | klimatyzacja   |                   | wg projektu instalacji   |
|                                  | specjalne wymagania dot. oczyszczania powietrza  |                   | filtry absolutne   |
|                                  | Instalacje specjalne   | tlen O2           | TPG 1pkt   |
|                                  |  | próżnia VAC       | TPG 1pkt   |
|                                  |  | spr. powietrze A5 | TPG 1pkt   |
|                                  |  | inne              | -  |
| Instalacje elektryczne           | Oświetlenie  | ogólne            | 1000 Lx  |
|                                  |  | miejskowe stałe   | kinkiet nad umywalką   |
|                                  |  | awaryjne          | z instalacji opraw wydzielonych (sufitowych)   |
|                                  |  | nocne             | -  |
|                                  | Oświetlenie miejscowe przenośne, inst. siły i grzejnictwa                                  |                   | gniazda wtyczkowe 2 biegunowe 16 A ze stykiem ochronnym,   |
|                                  | sygnalizacja   |                   | -  |
|                                  | telefoniczna   |                   | gniazdo  |
|                                  | komputerowe  |                   | gniazdo  |
|                                  | lampy bakteriobójcze   |                   | przepływowa ścienna  |
|                                  | inne   |                   | gniazdo internetowe  |