

# MAGAZYN CZYSTY (pom. nr 0.18)

wyposaż. budowl.	malowanie, wykończenie specjalne	ściany	płytki glazurowane na pełną wysokość
		sufity	sufit kasetonowy, farba zmywalna
	podłogi		wykładzina typu tarkett bezspoinowa, z wywinieciem na ściany do wys. 10cm, połączenie ściany i posadzki wyoblone, o średnicy 6cm
	Izolacja dźwiękochłonna		wg normy
	Wysokość pomieszczenia		2,5m
Instalacje sanitarne i specjalne	Temperatura pomieszczenia		16°C
	Wymagania specjalne dotyczące doprowadzania wody, pary do urządzeń i odprowadzania ścieków		-
	Wentylacja	grawitacyjna	-
		mechaniczna	min. 1,5wym/h
	klimatyzacja		-
	specjalne wymagania dot. oczyszczania powietrza		-
	Instalacje specjalne	tlen O2	-
		próżnia VAC	-
		spr. powietrze A5	-
		inne	-
Instalacje elektryczne	Oświetlenie	ogólne	300 Lx
		miejskowe stałe	-
		awaryjne	-
		nocne	-
	Oświetlenie miejscowe przenośne, inst. siły i grzejnictwa		gniazda wtyczkowe 2 biegunowe 16 A ze stykiem ochronnym
	sygnalizacja		-
	telefoniczna		-
	komputerowe		-
	lampy bakteriobójcze		-
	inne		-