



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2014-05-20

Z/ZZP.2375.7.14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG, łóżek do intensywnego nadzoru oraz wózków reanimacyjnych do SP ZOZ MSW w Rzeszowie (z terminem składania ofert w dniu 23.05.2014r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIA:**

**Zadanie nr 2**

1. Czy w związku z określeniem szerokości całkowitej minimalnej na poziomie 99cm z tolerancją +/- 1cm, wystarczającym będzie zaoferowanie łóżka, w którym barierki podwójnie dzielone chowane pod leże i obsługiwane jedną ręką po uniesieniu ich do pozycji maksymalnej nie będą powodowały zwiększenia szerokości całkowitej łóżka, ponad parametr minimalny?
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka, w którym wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentu leża, bez materaca, wynosi 35cm, co jest parametrem znacznie korzystniejszym od wymaganego w aspekcie bezpieczeństwa i tzw. upadków szpitalnych? Osiągnięcie pozycji minimalnej sygnalizowane jest indykatorem dźwiękowym, przy jednoczesnym uruchomieniu LED-owego podświetlenia leża.
3. Czy Zamawiający uzna za wystarczające zaoferowanie łóżka, w którym wysokość maksymalna leża mierzona od podłogi do górnej płaszczyzny segmentu leża, bez materaca, wynosi 82 cm. z tolerancją +/- 4cm. zamiast wymaganej tolerancji +/- 2cm?
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja zapewnia prześwit w każdym punkcie pod leżem min. 15cm., następnie wszystkie z czterech segmentów leża są zdejmowane, zamiast tylko trzech oraz jest oparta o nowoczesne kolumny w układzie trapezowym, podpierające stabilnie leże?
5. Czy Zamawiający uzna za wystarczające zaoferowanie łóżka, w którym zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga wynosi 16 stopni, przy zachowaniu tolerancji -4 stopni +2 stopnie?



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



6. Czy Zamawiający uzna za wystarczające zaoferowanie barierek bocznych podwójnie dzielonych, poruszających się wraz z fragmentami leża, zgodnych z normą dla łóżek szpitalnych IEC 60601-2-52 unoszonych i opuszczanych przy pomocy jednej ręki, nie zwiększających całkowitej szerokości łóżka, lekkich i łatwych w obsłudze, z innym systemem identyfikacji kąta nachylenia 30 stopni i 45 stopni?
7. Czy Zamawiający dopuści materac przeciwoleżynowy, terapeutyczny, powietrzny, który wyposażony jest w minimum 15 komór powietrznych wymiennych z czujnikiem ciśnienia i spełniający pozostałe kryteria w SIWZ? Proponowane rozwiązanie nie powoduje uszczerbku na własnościach klinicznych materaca, natomiast pomaga w zmniejszeniu kosztów serwisu w razie przebicia jednej komory, która podlega wymianie, zamiast wszystkich piętnastu.

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.