



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2014-05-20

Z/ZZP.2375.7.14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG, łóżek do intensywnego nadzoru oraz wózków reanimacyjnych do SP ZOZ MSW w Rzeszowie (z terminem składania ofert w dniu 23.05.2014r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIA:**

Dot. zadanie nr 2

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o szerokości całkowitej 1045 mm (w przypadku barierki bocznych podniesionych, jaki i opuszczonych)?
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez indykatora diodowego osiągnięcia wysokości minimalnej, co wydaje się parametrem zbędnym?
3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 450-810 m, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją wysokości w zakresie 390-830 m, co nieznacznie różni się od parametru oczekiwanego?
5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem opartym na konstrukcji pantografowej, pozbawionej powierzchni pokrytych smarem jak w przypadku rozwiązań kolumnowych?
6. Czy Zamawiający może sprecyzować minimalny prześwit pod łóżkiem w przestrzeniach pod kolumnami, co jest istotne przy przejeździe przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych?
7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko, który na całej szerokości i długości posiada prześwit pod łóżkiem wynosi 8,5cm?
8. Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym regulacja segmentu podudzia wspierana jest sprężyną gazową?
9. Czy Zamawiający dopuści łóżko w którym regulacja segmentu podudzia wspierana jest mechanizmem zapadkowym?
10. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami poruszającymi się wraz z leżem?
11. Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelenburgiem regulowanym w zakresie 0-19° i anty-Trendelenburgiem 0-20°, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego?
12. Czy Zamawiający dopuści łóżko z Trendelenburgiem regulowanym w zakresie 0-18° i anty-Trendelenburgiem 0-18°, co jest rozwiązaniem korzystniejszym dla Zamawiającego?



**INFRASTRUKTURA  
I ŚRODOWISKO**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

**UNIA EUROPEJSKA**  
EUROPEJSKI FUNDUSZ  
ROZWOJU REGIONALNEGO



13. Czy Zamawiający dopuści łóżko z regulacją funkcji elektrycznych za pośrednictwem panelu centralnego umieszczonego pod leżem (od strony nóg pacjenta, dostęp dla personelu szpitala) oraz pilota przewodowego (dostęp dla personelu szpitala i pacjenta)?
14. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażony w jeden akumulator?
15. Czy Zamawiający dopuści łóżko z centralną blokadą wszystkich kół uruchamianą jedną z dwóch dźwigni umieszczonych przy kołach od strony nóg pacjenta?
16. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez możliwości wsunięcia kasety RTG?
17. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wszystkimi segmentami leża wypełnionymi panelami tworzywowymi ABS?
18. Czy Zamawiający dopuści łóżko z możliwością włożenia kasety RTG tylko od strony głowy pacjenta?
19. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi nie poruszającymi się wraz z segmentami leża?
20. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi składanymi przy pomocy dwóch rąk?
21. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi, które można ustawić w dwóch pozycjach (złożone, rozłożone)?
22. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez mechanizmu zegarowego, co jest rozwiązaniem zbędnym?
23. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi aluminiowymi, z elementami tworzywowymi?
24. Czy Zamawiający dopuści łóżko ze szczytami z elementami metalowymi, co jest rozwiązaniem dużo trwalszym od oczekiwanego?
25. Czy Zamawiający dopuści łóżko bez wskaźnika pozycji bioder?
26. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wagą nie zintegrowaną z łóżkiem?
27. Czy Zamawiający dopuści łóżko z wagą o parametrach równoważnych?
28. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o parametrach równoważnych?
29. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w materac o parametrach adekwatnych do łóżek spełniających wymagania dot. wymiarów zewnętrznych łóżek, stawiane przez Zamawiającego?
30. Czy Zamawiający dopuści 6 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.