



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2014-05-20

Z/ZZP.2375.7.14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu USG, łóżek do intensywnego nadzoru oraz wózków reanimacyjnych do SP ZOZ MSW w Rzeszowie (z terminem składania ofert w dniu 23.05.2014r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

- 1. ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ, ZADANIE NR 1 – pkt. II, 1**
Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat klasy Premium w którym maksymalna głębokość penetracji wynosi 30 cm?
- 2. ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ, ZADANIE NR 1 – pkt. II, 19**
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat klasy Premium w którym maksymalny zakres pomiarowy wynosi +/- 15,92 m/s zamiast wymaganych 16 m/s ?
- 3. ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ, ZADANIE NR 1 – pkt. IX**
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat klasy Premium nie posiadający oprogramowania do wykrywania mikrozwapnień w tkankach, innego niż opisane w punktach 9-14 ? Taki zapis wskazuje jednoznacznie na aparat firmy Toshiba co jest niezgodne z prawem o Zamówieniach Publicznych.
- 4. ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ, ZADANIE NR 1 – pkt. XI, 8**
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat klasy Premium z głowicą convex matrycową, 600 elementową, ale bez możliwości pracy w trybie elastografii ?
- 5. ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ, ZADANIE NR 1 – pkt. XVII, 5**
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat klasy Premium z możliwością rozbudowy o obrazowanie panoramiczne o długości ponad 150 cm, ale umożliwiające skanowanie do 3 minut.



**INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



6. ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ, ZADANIE NR 1 – pkt. XVII, 8

Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat klasy Premium z możliwością rozbudowy o głowicę liniową 3D/4D ale o zakresie częstotliwości od 4,0 do 13,0 MHz zamiast wymaganych 7,0 – 14,0 MHz?

ODPOWIEDZI:

Ad Zadanie nr 1 pkt II,1

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad Zadanie nr 1 pkt II,19

Zamawiający dopuści aparat o zaproponowanym zakresie pomiarowym.

Ad Zadanie nr 1 pkt. IX, oraz pkt. XI,8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad Zadanie nr 1 pkt. XVII,5

Zamawiający dopuści aparat o zaproponowanej możliwości rozbudowy o obrazowanie panoramiczne.

Ad Zadanie nr 1 pkt. XVII,8

Zamawiający dopuści aparat o zaproponowanym zakresie częstotliwości.