



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2014-06-10

Z/ZZP.2375.8.14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków różnych do Apteki Zakładowej SP ZOZ MSW w Rzeszowie ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 96 z dnia 20.05.2014r. pod poz. 167336.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIA:**

1. Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z zadania nr 1 poz. 2, 115 i 116 do oddzielnego pakietu i dopuści złożenie oferty równoważnej dla systemu charakteryzującego się następującymi parametrami: rodzaj próbki krwi do badania: kapilarna, żylna, tętnicza, noworodkowa, brak interferencji z substancjami endogennymi i lekami (w tym z maltozą), stabilność testu paskowego po otwarciu fiolki do daty ważności podanej na opakowaniu, zakres hematokrytu min. 10-65%, automatyczna 3-stopniowa jakościowa kontrola w celu zapewnienia dokładności systemu zgodnie z normą ISO 15197:2013 i zaleceniami PTD 2014, czas pomiaru 5 sekund, zakres pomiarowy 10-600 mg/dl, wielkość próbki krwi nie większa niż 0,6 µl, zakres temperatury pomiaru testów paskowych min. 8 - 44°C.  
Prosimy o podanie niezbędnej ilości aparatów potrzebnych zamawiającemu, do których oferujemy bezpłatny serwis i przeszkolenie personelu medycznego.

2. Zadanie nr 24

Czy Zamawiający dopuści system, który nie posiada automatycznego wyrzutu paska, ponieważ wielkość testu umożliwia bezproblemowe i higieniczne usunięcie testu paskowego z glukometru po wykonaniu badania.

**ODPOWIEDZI:**

**Ad. pyt. 1**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie z zadania nr 1 poz. 2, 115 i 116.  
Dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Niezbędna ilość aparatów to 15 szt.

**Ad. pyt. 2 (dotyczy zad.24)**

Zamawiający dopuszcza system, który nie posiada automatycznego wyrzutu paska.