



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2014-12-02

Z/ZZP.2375.21.14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów kardiologicznych na potrzeby pracowni hemodynamiki (z terminem składania ofert w dniu 05.12.2014r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIE:**

**Zadanie nr 11**

**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w tym zadaniu balonu pokrytego lekiem o niżej wymienionych parametrach?**

- Cewnik balonowy do PTCA uwalniający lek cytostatyczny Paclitaxel
- Równomierne pokrycie lekiem na całej powierzchni balonu 360st. o stężeniu 2 µg/mm<sup>2</sup>
- Powłoka zawierająca lek pozbawiona polimerów
- System dostarczania RX (mono rail) na długości 26cm
- Długość szafu: 138 cm
- Pokrycie hydrofilne
- Kompatybilny z przewodnikiem 0,014"
- Rodzaj balonu: semi compliant
- Dwa markery pozycjonujące na końcach balonu
- Integracja leku min. 99%
- Średnice balonu – 1,50/2,00/2,25/2,50/2,75/3,00/3,50/4,00/4,50mm
- Dostępne długości – 9/12/15/20/30/40mm
- Ciśnienie nominalne 6 atm
- RBP 14 atm
- Kompatybilne z cewnikiem prowadzącym 5F / 6F dla 4,50mm
- Przebadany pod względem skuteczności leczenia restenozy w stencie
- Posiada CE
- Posiada certyfikat FDA dla wersji obwodowej na terenie Stanów Zjednoczonych

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuści cewniki balonowe o zaproponowanych parametrach.