



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2014-12-02

Z/ZZP.2375.21.14

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów kardiologicznych na potrzeby pracowni hemodynamiki (z terminem składania ofert w dniu 05.12.2014r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w **Zadaniu 11** cewników balonowych o następujących parametrach: lek Paklitaxel uwalniany z opatentowanej powłoki TransPax zapewniającej kontrolowane dostarczenie leku, dawka leku 2,0µg na mm² powierzchni balonu, profil przejścia (crossing profile dla balonu o średnicy 2.5mm – 0.040”, średnice 2.00 - 4.00mm (2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00), długości 8-30mm (8, 12, 15, 20 i 30), balon typu Monorail współpracujący z drutem prowadzącym 0,014”, ciśnienie nominalne 6atm, ciśnienie RBP 14atm dla 2.00-3.25 oraz 12atm dla 3.50-4.00, pozostałe parametry bez zmian?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający nie dopuści cewników balonowych o zaproponowanych parametrach.