



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2015-03-10

Z/ ZZZP.2375.2.15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 13.03.2015r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Pytanie 1 (pakiet nr 1, poz. 3)

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez łącznika do dodatkowej iniekcji?

Pytanie 2 (pakiet nr 5, poz. 26)

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania dróg oddechowych w rozmiarach 6F–8F x 400mm sterylne?

Pytanie 3 (pakiet nr 9, poz. 2)

Prosimy o informacje czy należy zaoferować kranik trójdrożny z przedłużką 7 cm czy 10 cm?

Pytanie 4 (pakiet nr 9, poz. 11)

Czy Zamawiający ma na myśli worek do dobowej zbiórki moczu 2000ml z zaworem T?

Pytanie 5 (pakiet nr 9, poz. 14)

Prosimy o dopuszczenie zaoferowania Zamkniętego systemu do godzinowej zbiórki moczu, sterylnej, z płaskim portem bezigłowym, 2 zastawkami antyzwrotnymi, minimum 2 wentylacyjnymi, hydrofobowymi filtrami antybakteryjnymi, drenem odprowadzającym zabezpieczonym spiralą antyzałamaniową, workiem 2000 ml skalowanym co 100 ml z kranikiem spustowym typu T mocowanym ku górze w otwartej zakładce, komorą pomiarową 500 ml nad workiem z poziomą dźwignią 90 stopni pozwalającą na opróżnianie bez konieczności manewrowania komorą, ze skalą linearną, skalowanie wydzielonej komory kroplowej Pasteur'a co 1 ml od 1 do 40 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml, możliwość podwieszania zestawu na minimum 3 niezależne sposoby.

Pytanie 6 (pakiet nr 13, poz. 2)

Czy Zamawiający dopuści wycenę kieliszków j.u. w opakowaniach po 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem wymaganej ilości tj. 800 op.?

ODPOWIEDŹ:

Ad. Pyt. 1 Pakiet 1 poz. 3

Zamawiający dopuści zaproponowane przyrządy.

Ad. Pyt. 2 Pakiet 5 poz. 26

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pyt. 3 Pakiet 9 poz. 2

Należy zaoferować kranik z przedłużką 7 cm.

Ad. Pyt. 4 Pakiet 9 poz. 11

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pyt. 5 Pakiet 9 poz. 14

Zamawiający dopuści zaproponowany system do godzinowej zbiórki moczu.

Ad. Pyt. 6 Pakiet 13 poz. 2

Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane a 75 sztuk z odpowiednim przeliczeniem do pełnej ilości „w górę” w formularzu cenowym