



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2015-03-10

Z/ ZZZP.2375.2.15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 13.03.2015r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów bez łącznika do dodatkowej iniekcji?

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych nieposiadający miejsca na kolec po zakończonej infuzji?

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z komorą kroplową wykonaną z PCV?

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z komorą kroplową wykonaną z PCV?

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający przyrząd do przetaczania krwi nie posiadający miejsca na kolec igły biorczej?

Pakiet 2, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3częściowe?

Pakiet 2, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet 2, pozycja 7-8

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych z 4-stronnym podcięciem tłoka?

Pakiet 2, pozycja 7-8

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby na cylindrze znajdowała się nazwa własna strzykawki?

Zadanie 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,2ml?

Zadanie 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,5ml?

Zadanie 2, pozycja 9-10

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby strzykawki były bezlateksowe?

Pakiet 5, pozycja 6-7

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby igły posiadały 2 rodzaje ścięcia?

Pakiet 5, pozycja 12-13

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych z igłą prowadzącą 20Gx34mm?

Pakiet 5, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych z igłą prowadzącą 22Gx34mm?

Pakiet 5, pozycja 17, 18

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem o długości 210cm?

Pakiet 5, pozycja 19-21

Czy Zamawiający dopuści dren o przekroju gwiazdkowym zapobiegającym załamywaniu się drenu?

Pakiet 5, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny z prostą końcówką z 6 otworami bocznymi o długości 50cm?

Pakiet 5, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z standardową prostą końcówką?

Pakiet 5, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania dostępny w rozmiarach 6 i 8F?

Pakiet 6, pozycja 1-2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku. Zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych na każdym jednostkowym opakowaniu podany jest rozmiar cewnika. Ponadto każdy cewnik oznaczony jest kolorystycznie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami, dzięki czemu personel w każdej chwili jest w stanie rozpoznać rozmiar cewnika. Zarówno Ustawa o Wyrobach Medycznych jak i Dyrektywy medyczne nie nakładają obowiązku numerycznego oznaczenia na cewniku, zatem wymóg stawiany przez Zamawiającego nie ma żadnego uzasadnienia prawnego oraz praktycznego. Zamieszczony w SIWZ opis przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na konkretnego producenta – firmę Unomedical, którego wyłącznym przedstawicielem na Polskę jest firma Skamex uniemożliwiając tym samym innym Wykonawcom na złożenie oferty w pakiecie. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi znacznie większej liczbie Wykonawcom na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym Zamawiającemu na uzyskanie znaczenie tańszej ceny.

Pakiet 6, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania wykonany z PCV, bez pokrycia silikonowego?

Pakiet 6, pozycja 13-14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku. Zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych na każdym jednostkowym opakowaniu podany jest rozmiar cewnika. Ponadto każdy cewnik oznaczony jest kolorystycznie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami, dzięki czemu personel w każdej chwili jest w stanie rozpoznać rozmiar cewnika. Zarówno Ustawa o Wyrobach Medycznych jak i Dyrektywy medyczne nie nakładają obowiązku numerycznego oznaczenia na cewniku, zatem wymóg stawiany przez Zamawiającego nie ma żadnego uzasadnienia prawnego oraz praktycznego. Zamieszczony w SIWZ opis przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na konkretnego producenta – firmę Unomedical, którego wyłącznym przedstawicielem na Polskę jest firma Skamex uniemożliwiając tym samym innym Wykonawcom na złożenie oferty w pakiecie. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi znacznie większej liczbie Wykonawcom na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym Zamawiającemu na uzyskanie znaczenie tańszej ceny.

Pakiet 6, pozycja 13-14

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania zagięty o długości 50cm?

Pakiet 6, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 2m?

Pakiet 6, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 5m?

Pakiet 6, pozycja 17

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Pakiet 6, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania typu Yankauer bez kontroli siły ssania o średnicy wewnętrznej 3,8mm oraz zewnętrznej 7,6mm, długość końcówki ssącej 14-15cm, razem z rączką 27-28cm, pakowaną pojedynczo folia-papier?

Pakiet 6, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania typu Pool Tip bez kontroli siły ssania o średnicy wewnętrznej 3,8mm oraz zewnętrznej 7,6mm, długość końcówki ssącej 17,5cm, razem z rączką 31,5cm, pakowaną pojedynczo folia-papier?

Pakiet 6, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm?

Pakiet 6, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 300cm?

Pakiet 6, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny o długości 36cm?

Pakiet 6, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny w rozmiarze 28?

Pakiet 6, pozycja 24-25

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 105cm?

Pakiet 6, pozycja 26-32

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Pakiet 6, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści zestaw do aspiracyjnego pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego o pojemności 20ml?

Pakiet 9, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny tylko z optycznym identyfikatorem pozycji spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Pakiet 9, Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z 1 zastawką antyzwrotną, igłowym portem do pobierania próbek, drenem o dużej średnicy, wykonanym z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu, bez zakładki na kranik spustowy?

Pakiet 9, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o następujących parametrach:

- worek zbiorczy o pojemności 2000ml, skalowany, co 100ml, z zastawką antyrefleksyjną i obsługiwany jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego /T/ oraz filtrem hydrofobowym;
- dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długości drenu 130cm;
- dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu;
- na drenie klema zaciskowa;
- dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą;
- samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek;
- zastawka jednokierunkowa w łączniku;
- trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 600ml podzielona na dwie zintegrowane komory pośrednie;
- bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1ml od 2ml do 80ml (w komorze wstępnej) i co 10ml do 600ml (w drugiej komorze)
- komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie;
- obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia
- tylna ściana komory biała;
- pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujących do okrągłych i kwadratowych ram łóżka?

Pakiet 9, pozycja 15

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Pakiet 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG w rozmiarze 210x25m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet 10, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG w rozmiarze 50x30m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet 9, pozycja 18-21

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Pakiet 13, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane a'75sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

ODPOWIEDŹ:

Ad. Pakiet 1 poz. 3

Zamawiający dopuści zaproponowane przyrządy.

Ad. Pakiet 1 poz. 4

Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi bez ftalanów z komorą kropłową wykonaną z PCV, ale nie dopuści przyrządu, który nie posiada miejsca na kolec igły biorczej.

Ad. Pakiet 2 poz. 1-4

Zamawiający dopuści strzykawki 3 częściowe.

Ad. Pakiet 2 poz. 4

Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'50sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości w formularzu cenowym

Ad. Pakiet 2 poz. 7, 8

Zamawiający nie dopuści strzykawki do pomp infuzyjnych z 4-stronnym podcięciem tłoka.

Ad. Pakiet 2 poz. 7, 8

Zamawiający odstępuje od wymogu aby na cylindrze znajdowała się nazwa własna strzykawki.

Ad. Pakiet 2 poz. 9

Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,2 ml.

Ad. Pakiet 2 poz. 10

Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,5 ml

Ad. Pakiet 2 poz. 9-10

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pakiet 5 poz. 6-7, poz. 12-13, poz. 14

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pakiet 5 poz. 17-18

Zamawiający w pozycji 17 dopuści maski tlenowe z drenem o długości min. 210 cm, ale nie dopuści w pozycji 18 masek o takiej długości.

Ad. Pakiet 5 poz. 19-21

Zamawiający dopuści dren o przekroju gwiazdkowym zapobiegającym załamaniu się drenu.

Ad. Pakiet 5 poz. 23

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pakiet 5 poz. 26

Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z standardową prostą końcówką, lecz nie dopuści cewnika do odsysania dostępnego w rozm. 6 i 8F.

Ad. Pakiet 6 poz. 1-2

Zamawiający odstępuje od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku ale nie dopuści cewnika do odsysania wykonanego z PCV, bez pokrycia silikonowego.

Ad. Pakiet 6 poz. 13-14

Zamawiający odstępuje od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku ale nie dopuści cewnika do odsysania zagiętego o długości 50cm.

Ad. Pakiet 6 poz. 15 oraz poz. 16

Zamawiający dopuści cewniki w zaproponowanych długościach.

Ad. Pakiet 6 poz. 17, poz. 18, poz. 19, poz. 20, poz. 21, poz. 23, poz. 24-25, poz. 26-32

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pakiet 6 poz.33

Zamawiający dopuści zestaw do aspiracyjnego pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego o pojemności 20ml.

Ad. Pakiet 9 poz. 2

Zamawiający dopuści kranik trójdrożny tylko z optycznym identyfikatorem pozycji.

Ad. Pakiet 9 poz. 13

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pakiet 9 poz. 14

Zamawiający dopuści zaproponowany worek do godzinowej zbiórki moczu.

Ad. Pakiet 9 poz. 15

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pakiet 10 poz. 4

Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 210 x 25 m z odpowiednim przeliczeniem do pełnej ilości „w górę” w formularzu cenowym.

Ad. Pakiet 10 poz. 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. Pakiet 9 poz. 18-21

Pakiet nie posiada takich pozycji.

Ad. Pakiet 13 poz. 2

Zamawiający dopuści kieliszki do leków pakowane a 75 sztuk z odpowiednim przeliczeniem do pełnej ilości „w górę” w formularzu cenowym.