



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2015-04-02

Z/ZZP.2375.3.15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków różnych do Apteki Zakładowej SP ZOZ MSW w Rzeszowie ogłoszonego w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej Nr 48 z dnia 10.03.2015r. pod poz. 83156.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

1. Prosimy o dopuszczenie do udziału w Zadaniu nr 27 i 28 pasków testowych równoważnych wobec sugerowanego wyrobu charakteryzujących się następującymi parametrami:
 - * Rodzaj próbki krwi do badania: świeża krew włośniczkowa, paski pakowane po 50 sztuk, glukometr skalibrowany do osocza, ważność pasków testowych po otwarciu opakowania do 6 miesięcy
 - * paski oparte na działaniu enzymu Oksydaza Glukozowa (GOD), nieinterferujący min. z metforminą, galaktozą, maltozą, TG, paracetamolem, kwasem acetylosalicylowym, tetracykliną, amoksycyliną
 - * temperatura przechowywania pasków min. 4 °C – min. 40 °C,
 - * część paska testowego na zewnątrz z automatyczny wyrzutem po pomiarze (funkcja daje dodatkowe podniesienia bezpieczeństwa i higieny pracy - po badaniu pracownik nie ma styczności z materiałem biologicznym pacjenta);
 - * Automatyczne kodowane (bez kluczy, chipów i ręcznego ustawiania kodów)
 - * Zakres hematokrytu 20-60 %
 - * warunki pracy glukometru 10 °C – 40 °C
 - * Czas pomiaru do 7 sekund
 - * Zakres pomiarowy 20-600 mg/dl
 - * Wielkość próbki krwi nie większa niż 0,7 µl
 - * Możliwość wykonania pomiaru z 6 alternatywnych miejsc badania (AST)
 - * Bateria litowa typ. CR2032 3V
 - * Zapewniamy możliwość kontroli na 3 zakresach płynów kontrolnych- (niski, prawidłowy, wysoki) pozwalające skontrolować glukometr i paski przy pomiarach prawidłowych, hipo i hiper glikemii u pacjenta
 - *Paski będące na listach NFZ
 - * Paski dostarczane przez hurtownie medyczne, co zwiększa bezpieczeństwo dostawy w odpowiednich warunkach przechowywania testów paskowych

ODPOWIEDŹ:

Ad. pyt. 1, 2, 3 i 4

Zamawiający wymaga zaoferowania produktów spełniających wymagania określone w zadaniach 27 i 28 SIWZ.