



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2015-04-14

Z/ZZP.2375.6.15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę echokardiografu (z terminem składania ofert w dniu 17.04.2015r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIA:**

Pytanie 1, dotyczy punktu 9 załącznika nr 6

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej najwyższej klasy echokardiograf posiadający mechaniczną regulację wysokości pulpitu operatora z hamulcem elektrycznym w zakresie 25.4 cm?

Pytanie 2, dotyczy punktu 10 załącznika nr 6

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej echokardiograf posiadający zapis pętli Cine dla trybu dopplera pulsacyjnego do 48 sekund?

Pytanie 3, dotyczy punktu 17, załącznika nr 6

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej echokardiograf posiadający fabrycznie dedykowany dla oferowanej głowicy przezprzełykowej zestaw do dezynfekcji?

Pytanie 4, dotyczy punktu 25, załącznika nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie w miejsce punktowanego wymogu „obrazowania przepływów bez użycia funkcji Dopplera”, alternatywnej technologii Power Dopplera Kierunkowego i za powyższą również przyzna 5 pkt? Nadmieniamy, że na rynku jest tylko jedna firma oferująca aplikację B-Flow.

Pytanie 5, dotyczy punktu 29, załącznika nr 6

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej echokardiograf posiadający funkcję update w trybie B+CD+CWD?

Pytanie 6, dotyczy punktu 31 i 32, załącznika nr 6

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej echokardiograf posiadający Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym? Nadmieniamy, że na rynku jest tylko jedna firma oferująca Anatomiczny M-mode krzywoliniowy prowadzony swobodnie przez operatora. Prosimy o usunięcie oceny punktowej promującej takie rozwiązanie.

Pytanie 7, dotyczy punktu 54, załącznika nr 6

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej echokardiograf posiadający głowicę sektorową wykonaną w innowacyjnej technologii PureWave o 80 kryształach, kącie penetracji 90 stopni, obrazowanie harmoniczne, trybie triplex B+CD+PWD oraz paśmie przenoszenia od 1.0 MHz do 5.0 MHz?

Pytanie 8, dotyczy punktu 60, załącznika nr 6

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej echokardiograf posiadający możliwość rozbudowy o głowicę sektorową matrycową szerokopasmową o zakresie częstotliwości . 1.0-5.0 MHz, 3040 elementów ; obrazowanie harmoniczne, obrazowanie 2D/3D/4D, TRIPLEX B+CD+PWD?

Pytanie 9, dotyczy punktu 66, załącznika nr 6

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodzi o specjalistyczne szkolenie z zaawansowanej echokardiografii na kursie echo?

Pytanie 10

Czy Zamawiający zgodzi się, by aparat był podłączony do zdalnego serwisu, co przełoży się na szybszą diagnostykę i naprawę w razie problemów z aparatem?

Pytanie 1 dotyczy punktu 58, załącznika nr 6

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej echokardiograf posiadający , Głowica sektorowa przezprzełykowa o zakresie częstotliwości min. 2,0 – 7,0 MHz, o kącie obrazowania 90° , o ilości elementów 2500, o głębokości penetracji głowicy 26 cm, obrazowanie 2D/3D/4D, DUPLEX ?

Pytanie 2 dotyczy punktu 60, załącznika nr 6

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej echokardiograf posiadający możliwość rozbudowy o głowicę sektorową matrycową szerokopasmową o zakresie częstotliwości . 1.0-5.0 MHz, 3040 elementów ; obrazowanie harmoniczne, obrazowanie 2D/3D/4D, DUPLEX?

### **ODPOWIEDZI:**

**Ad. Pyt. 1 pkt. 9 zał. 6; Pyt. 2 pkt. 10 zał. 6; Pyt. 3 pkt. 17 zał. 6; Pyt. 5 pkt.29zał. 6; Pyt. 8 pkt. 60 zał. 6**

Zamawiający dopuści echokardiograf o rozwiązaniach i parametrach wskazanych w zapytaniu.

**Ad. Pyt. 4 pkt. 25 zał. 6; Pyt. 6 pkt. 31 i 32 zał. 6**

Zamawiający dopuści echokardiograf o rozwiązaniach i parametrach wskazanych w zapytaniu przy czym zachowane zostają zasady punktacji dla kryterium „Ocena techniczna” określone w przedmiotowej SIWZ.

**Ad. Pyt. 7 pkt. 54 zał. 6; Pyt. 10, Pyt. 1 pkt. 58 zał. 6; Pyt. 2 pkt. 60 zał. 6**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Ad. Pyt. 9 pkt. 66 zał. 6**

Szkolenie z zaawansowanych technik echokardiograficznych na specjalistycznych kursach lub w ośrodku referencyjnym dla 3 osób.