



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

RZESZÓW, 2015-06-11

Z/ZZP.2375.10.15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych oraz angioplastycznych (z terminem składania ofert w dniu 22.06.2015r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIE:**

Czy Zamawiający w zdaniu 13 wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika o niżej podanych parametrach:

Łączna długość użytkowa 140cm

obecność w ofercie jednego zestawu o średnicy zewnętrznej max 0,068”

Kompatybilność 6F i 7F z cewnikiem prowadzącym, zgodność z przewodnikiem 0,014”

Markery rentgenowskie 1 dystalny umieszczony 1 cm od końcówki oraz 1 marker od punktu szybkiej wymiany

hydrofilne pokrycie dystalnej części cewnika aspiracyjnego, cewnik wzmocniony częściowo metalowym oplotem

Szybkość aspiracji 1,99 cc/s (woda 25 stopni Celsjusza) dla systemu kompatybilnego z 6F i 7F

Cewnik zawiera dwie próżniowe strzykawki 30 cc, zawór jednokierunkowy, rurą przedłużacza, koszyczek z filtrem do skrzeplin

brak sztyletu umieszczonego na cewniku

pozostałe parametry bez zmian

**ODPOWIEDŹ:**

Zamawiający dopuści zaoferowany cewnik.