



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

RZESZÓW, 2015-06-11

Z/ZZP.2375.10.15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyrobów do zabiegów angiograficznych oraz angioplastycznych (z terminem składania ofert w dniu 22.06.2015r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w zadaniu 13 cewników do aspiracji skrzeplin o poniższych parametrach:

- cewnik przeznaczony do użycia w systemie krążenia wieńcowego i obwodowego, łącznie z pomostami aortalno-wieńcowymi;
- cewnik przeznaczony do pobierania i aspiracji materiału zatorowego (np. skrzeplin) w trakcie przezskórnej angioplastyki wieńcowej, innej przezskórnej angioplastyki i w czasie implantacji stentu, a także do selektywnego, donaczyniowego podawania środków diagnostycznych lub terapeutycznych, z okluzją naczyniową lub bez niej
- cewnik typu monorail; z końcówką typu Luer-lock położoną proksymalnie
- marker na dystalnym końcu cewnika
- hydrofilne pokrycie dystalnych 25 cm cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F
- obecność w ofercie dwóch zestawów: o średnicy zewnętrznej 0,067" kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 6F (0,070") oraz zestawów o średnicy zewnętrznej 0,078" kompatybilnych z cewnikiem prowadzącym 7F (0,080")
- cewnik z otworem centralnym położonym dystalnie;
- cewnik ze sztyłem zapobiegającym zjawisku załamywania cewnika;
- światło aspiracyjne 0,043" dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F, oraz 0,053" dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F.
- wskaźnik przepływu aspiracji 96 cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F) oraz 168cc/min (dla systemu kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 7F)
- długość cewnika aspiracyjnego kompatybilnego z cewnikiem prowadzącym 6F i 7F – 145 cm - typu Rapid Exchange współpracującego z przewodnikiem 0,014"
- systemy kompatybilne z cewnikiem prowadzącym: 6F i 7F
- w komplecie znajduje się:
 1. 6F - cewnik aspiracyjny, jedna strzykawka 50/60 cc, dwa koszyczki, przedłużacz z kranikiem

2. 7F - cewnik aspiracyjny, jedna strzykawka 50/60 cc, dwa koszyczki, przedłużacz z kranikiem.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.