



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2015-05-27

Z/ Z/ZZP.2375.12.15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę echokardiografu (z terminem składania ofert w dniu 29.05.2015r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

1. **Część III, pkt 27** - Czy Zamawiający będzie punktował oferowanie trybu Triplex B+CD+PWD (który jest standardem dla wszystkich aparatów USG) czy Triplex B+CD+CWD dla sond sektorowych?
2. **Część V, pkt 51** - Czy zostanie dopuszczony do przetargu wysokiej klasy klinicznej aparat echokardiograficzny z głowicą liniowa o polu widzenia 46mm? Zwiększenie pola widzenia o 1 mm nie ma żadnego znaczenia klinicznego.
3. **Część VII, pkt 56** - Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymogu?
Ubezpieczenia od zdarzeń losowych udzielane są przez firmy ubezpieczeniowe. W przypadku wymogu zaoferowania przez Wykonawcę ubezpieczenia od zdarzeń losowych obejmującego cały system (aparat, głowice, printer) przez okres min. 12 miesięcy Zamawiający otrzyma w ofercie cenę powiększoną o koszt wykupienia takiego ubezpieczenia. Mając na uwadze interes Zamawiającego, zwracamy uwagę, iż koszt wykupienia ww. ubezpieczenia bezpośrednio przez Zamawiającego u firmy ubezpieczeniowej może być znacząco niższy od kosztu wykupienia ubezpieczenia przez Wykonawcę (niebędącego ostatecznym odbiorcą ubezpieczenia) i w kalkulowania ich w ostateczną cenę oferty. W opisanej sytuacji Zamawiający ponadto nie ma wpływu na wybór ubezpieczyciela i koszt samego ubezpieczenia. W związku z powyższym, prosimy o wykreślenie tego wymogu.

Dotyczy: wzór umowy (załącznik nr 4 di SIWZ)

4. **§ 4 ust. 1.b)** - W naszej ocenie zaproponowana kara umowna jest rażąco wysoka. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w naprawie. W związku z tym prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

ODPOWIEDŹ:

Ad. 1 część III pkt 27

Zamawiający będzie punktował dowolny tryb TRIPLEX pod warunkiem, że będą go posiadały wszystkie oferowane głowice wskazane w pkt. 27 Załącznika nr 6 (w tym głowica wymieniona w pkt. 55 tego załącznika).

Ad. 2 część V pkt 51

Tak, Zamawiający dopuści wysokiej klasy klinicznej aparat echokardiograficzny z głowicą liniową o polu widzenia 46mm.

Ad. 3 część VII pkt 56, wzór umowy (załącznik nr 4 d i SIWZ § 4 ust. 1.b

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ oraz nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy