



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2015-05-27

Z/ Z/ZZP.2375.12.15

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę echokardiografu (z terminem składania ofert w dniu .29.05.2015r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Pytanie1

dotyczy punktu II podpunkt 9 załącznika nr 6 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej echokardiograf posiadający mechaniczną regulację pulpitu operatora w zakresie 25.4 cm? Nadmieniamy, że jedynym aparatem który posiada elektryczną regulację wysokości pulpitu jest Vivid E9 firmy General Electric.

Pytanie 2

dotyczy punktu II podpunkt 10 załącznika nr 6

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej echokardiograf posiadający możliwość zapisu pętli dopplera do 48 sekund?

Pytanie 3

dotyczy punktu III podpunkt 27 załącznika nr 6 Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej echokardiograf posiadający obrazowanie TRIPLEX na 3 z 4 oferowanych w zadaniu głowicach tj. głowice sektorowej, głowicy liniowej i głowicy konweksowej oraz czy za takie rozwiązanie otrzyma 7.5 punktów ?

Pytanie 4

dotyczy punktu III podpunkt 29 załącznika nr 6

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej echokardiograf posiadający Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym?

Pytanie 5

dotyczy punktu V podpunkt 50 załącznika nr 6

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej echokardiograf posiadający głowicę sektorową wykonaną w technologii alternatywnej PureWave do matrycowej o idealnie ułożonych 80 kryształach, częstotliwości pracy od 1.0 MHz do 5.0 MHz, kącie penetracji 90 stopni oraz obrazowaniu harmonicznym? Nadmieniamy, że jedyną głowicą która spełnia wymagania Zamawiającego jest model serii M5S koncernu General Electric.

Pytanie 6

dotyczy punktu II podpunkt 17 załącznika nr 6

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej echokardiograf posiadający alternatywne rozwiązanie dezynfekcji głowicy przezprzełykowej?

Pytanie 7, dotyczy punktu 60, załącznika nr 6

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiającemu chodzi o specjalistyczne szkolenie z zaawansowanej echokardiografii na kursie echo?

Pytanie 8

Czy Zamawiający zgodzi się, by aparat był podłączony do zdalnego serwisu, co przełoży się na szybszą diagnostykę i naprawę w razie problemów z aparatem?

ODPOWIEDŹ:

Ad. Pyt. 1

Tak, Zamawiający dopuści echokardiograf pod warunkiem, że aparat będzie spełniał unijne normy czystości od metali ciężkich RoHs.

Ad. Pyt. 2

Tak, Zamawiający dopuści echokardiograf posiadający możliwość zapisu pętli dopplera do 48 sekund.

Ad. Pyt. 3

Tak, Zamawiający dopuści przy czym wskazany echokardiograf otrzyma 0 punktów kryterium „Ocena techniczna”

Ad. Pyt. 4

Tak, Zamawiający dopuści echokardiograf posiadający Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym.

Ad. Pyt. 5

Tak, Zamawiający dopuści echokardiograf posiadający głowicę sektorową o parametrach wskazanych w zapytaniu.

Ad. Pyt. 6

Tak, Zamawiający dopuści echokardiograf posiadający alternatywne rozwiązanie dezynfekcji głowicy przezprzełykowej.

Ad. Pyt. 7

Szkolenie z zaawansowanych technik echokardiograficznych na specjalistycznych kursach lub w ośrodku referencyjnym dla 3 osób.

Ad. Pyt. 8

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.