



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2016-02-10

Z/ZZP.2375.1.16

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowych materiałów higienicznych i chirurgicznych (z terminem składania ofert w dniu 16.02.2016r.)

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Dotyczy Pakietu nr 1

1. Poz.5 – Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wykonany z laminatu w obszarze chłonnym powyżej 110g/m², pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?
2. Poz. 9 – Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną zgodną z SIWZ w opakowaniu bez naklejki?
3. Poz.11 – Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², dostępny w rozmiarach oznaczonych symbolami L, XL, XLL?
4. Poz.12 – Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m², z półkolistym wycięciem pod szyją, dostępny w rozmiarach od S do XXL?

Dotyczy Pakietu nr 2

1. Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści majtki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?
2. Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści włókninowe pokrowce na zwłoki w rozmiarze 160x220cm zawiązywane na troki?
3. Poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści podkład włókninowy jednorazowy w rozm. 90x130cm?

ODPOWIEDŹ:

Dotyczy Pakietu nr 1

Ad. Pytanie 1 poz. 5

Zamawiający dopuści zaproponowany zestaw uniwersalny.

Ad. Pytanie 2 poz. 9, 11, 12,

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Pakietu nr 2

Ad. Pytanie 1 poz. 3

Zamawiający dopuści majtki do kolonoskopii, których obwód pasa w stanie rozciągniętym wynosi minimum 124 cm.

Ad. Pytanie 2 poz. 4

Zamawiający dopuści zaproponowane pokrowce.

Ad. Pytanie 3 poz. 10

Zamawiający dopuści zaproponowany podkład.