



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

Rzeszów, 2016-03-08

Z/ Z/ZZP.2375.2.16

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 11.03.2016r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIA:**

**Pytanie 1 (pakiet nr 1, poz. 3)**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez łącznika do dodatkowej iniekcji?

**Pytanie 2 (pakiet nr 2, poz. 1-4)**

Czy Zamawiający wymaga strzykawkę ze skalą nominalną?

**Pytanie 3 (pakiet nr 2, poz. 10)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki 3-częściowej luer-lock 10ml skalowaną co 0,2ml. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 4 (pakiet nr 4, poz. 1)**

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy w związku z tym, iż Zamawiający wymaga aby ryzyko wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył było potwierdzone badaniami klinicznymi, czy będzie wymagał dołączenia do oferty 2 lub 3 badań klinicznych?

**Pytanie 5 (pakiet nr 5, poz. 27)**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania dróg oddechowych w rozmiarach 6F-8F x 400mm sterylne?

**Pytanie 6 (pakiet nr 9, poz. 14)**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową o poj. 500ml i workiem zbiorczym o poj. 2000 ml. Komora pomiarowa z trzema skalami od 1 ml do 40 ml co 1 ml, od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Dren 150cm. Zestaw wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną, bezigłowym portem do pobierania próbek. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**ODPOWIEDŹ:**

**Ad. Pyt. 1 Pakiet nr 1 poz. 3**

Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez łącznika do dodatkowej iniekcji.

**Ad. Pyt. 2 Pakiet nr 2 poz. 1-4**

Zamawiający wymaga strzykawek ze skalą nominalną.

**Ad. Pyt. 3 Pakiet nr 2 poz. 10**

Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,2 ml

**Ad. Pyt. 4 Pakiet nr 4 poz. 1**

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty min. 2 potwierdzonych badań klinicznych

**Ad. Pyt. 5 Pakiet nr 5 poz. 27,**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

**Ad Pyt. 6 Pakiet nr 9 poz. 14**

Zamawiający dopuści zaproponowany zestaw