



Rzeszów, 2016-03-08

Z/ZZP.2375.2.16

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 11.03.2016r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

Pakiet nr 8 - Rurki, elektrody, filtry

1. Prosimy Zamawiającego o podzielenie pakietu nr 8 na dwa mniejsze i wydzielenie pozycji nr 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 23, 24, 25, 26 do nowego pakietu, np. 8A, co pozwoli Nam na złożenie bardzo ważnej, konkurencyjnej oferty przetargowej, a Państwu na uzyskanie jak najkorzystniejszej oferty cenowej, przy dopuszczeniu większej liczby Oferentów.
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 rurki intubacyjnej z mankietem niskociśnieniowych w rozmiarze nr 3,5, jako alternatywę dla rozmiaru nr 3,0, spełniając przy tym pozostałe zapisy SIWZ.
3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 5 filtrów oddechowych elektrostatycznych, z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, bakteryjno/wirusowych, port kapno - sterylnych, pakowanych folia-papier. Skuteczność filtracji wirusowej i bakteryjnej powyżej 99,999%, waga filtra 29g, przestrzeń martwa 45ml. Objętość oddechowca w zakresie min. 300-1500 ml, nawilżanie przy $V_t=1000\text{ml}$, min. 32,4 mg/l.
4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 6 Sterylnego filtra bakteryjno-wirusowego, elektrostatycznego dla dorosłych bez wymiennika ciepła i wilgoci, z kolankiem, z portem kapno, skuteczność filtracji bakterii i wirusów min. 99,99%, waga 29g, przestrzeń martwa 45ml.
5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 7 mikrobiologicznie czystego filtra mechanicznego z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,9999 %, nawilżanie 32,5 mg/l.
6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 8 Filtra elektrostatycznego bez wymiennika ciepła i wilgoci zakres objętości oddechowych 300 – 1500 ml, skuteczność

filtracji bakterii i wirusów min. 99,999%, przestrzeń martwa 45 ml, waga do 29g, mikrobiologicznie czysty.

7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 9 wymiennika ciepła i wilgoci, tzw. „sztuczny nos” dla pacjentów na własnym oddechu z samouszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, przestrzeń martwa 17 ml, waga 5g, mikrobiologicznie czysty.

8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 10 przewodnic do rurek intubacyjnych aluminiowych pokrytych PCV z miękką końcówką, w min. 2 rozmiarach: CH 06 dla rurek intubacyjnych w rozmiarze 2,5 - 5,0 oraz CH10 dla rurek intubacyjnych w rozmiarze 6,0 - 10,0.

9. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 12 wysokiej klasy zamkniętego systemu do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych, o niżej wymienionych parametrach:

Zamknięty system do odsysania z rurki intubacyjnej CH14/16 długość 54cm i rurki tracheostomijnej CH14/16 długość 34cm, z możliwością stosowania min. przez 48h. System stanowi integralną całość, nierozłączalny, wyposażony w podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90 stopni, zamykany, obrotowy port do płukania cewnika o dł. minimum 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI), zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączanej do rurki pacjenta. Cewnik z dwoma otworami po przeciwległych stronach zakończony czarną obwódką. Aktywacja podciśnienia za pomocą przycisku i zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem podciśnienia poprzez obrót o 90 st. Okrągła, silikonowa główna zastawka PEEP automatycznie uszczelniająca cewnik po usunięciu go z rurki zapewniająca szczelność zestawu.

10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 18 masek Venturiego z dodatkową rurą aerozolonową o długości 15 cm, spełniającej pozostałe wymagania SIWZ.

11. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 23 jednorazowej rękojeści do laryngoskopu. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego, lekkiego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja).

12. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 24-26 metalowych, jednorazowych łyżek do laryngoskopów kompatybilnych z rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja).

ODPOWIEDZI:

Ad. pyt. 1, 11, 12

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. pyt. 2

Zamawiający dopuści rurkę intubacyjną we wskazanym w zapytaniu rozmiarze.

Ad. pyt. 3, 4, 5, 6, 7

Zamawiający dopuszcza filtry wskazane w zapytaniu.

Ad. pyt. 8, 9, 10

Zamawiający dopuszcza zaproponowanie wskazanego w zapytaniu asortymentu.