



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2016-03-08

Z/ Z/ZZP.2375.2.16

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 11.03.2016r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

Pytanie 1, Dot. pakietu nr 15:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie poz. nr 4,5,7,8,9,10,11,12,13 z pakietu 15 i utworzenie z nich oddzielnego pakietu (np. „15 A”) co pozwoli nam złożyć atrakcyjną ofertę i korzystnie wpłynie na konkurencyjność niniejszego postępowania przetargowego ?

Pytanie 2, Dot. pakietu nr 15, poz. 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowej szczoteczki dwustronnej o długości roboczej 2300 mm, długości włosia 20 mm i średnicy włosia 5 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 3, Dot. pakietu nr 15, poz. 12 i 13:

Czy Zamawiający wymaga aby pętle elektrochirurgiczne jednorazowego użytku posiadały funkcję płynnej rotacji? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Pytanie 4, Dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Dostawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 30 dni od terminu płatności/wymagalności wskazanego na fakturze”

Pytanie 5, Dotyczy zapisów umowy § 2 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostaw do 5 dni roboczych?

Pytanie 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego.

ODPOWIEDZI:

Ad. pyt. 1, 2

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Ad. pyt. 3

Zamawiający nie wymaga aby pętle elektrochirurgiczne posiadały funkcję płynnej rotacji.

Ad. pyt. 4, 5

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmian w projekcie umowy.

Ad pyt. 6

Zamawiający informuje, że nie została wszczęta wobec niego likwidacja oraz nie znajduje się w trakcie przekształcania w spółkę prawa handlowego.