



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2016-03-08

Z/ Z/ZZP.2375.2.16

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 11.03.2016r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów bez łącznika do dodatkowej iniekcji?

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych nieposiadający miejsca na kolec po zakończonej infuzji?

Pakiet 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z komorą kropłową wykonaną z PCV?

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z komorą kropłową wykonaną z PCV?

Pakiet 1, pozycja 4

Czy Zamawiający przyrząd do przetaczania krwi nie posiadający miejsca na kolec igły biorczej?

Pakiet 2, pozycja 1-4

Czy Zamawiający oczekuje strzykawek dokładniejszych 3częściowych?

Pakiet 2, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3częściowe?

Pakiet 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,2ml?

Pakiet 2, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,5ml?

Pakiet 2, pozycja 10-11

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby strzykawki były bezlateksowe?

Pakiet 5, pozycja 7-8

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby igły posiadały 2 rodzaje ścięcia?

Pakiet 5, pozycja 13-15

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuc lędźwiowych z igłą prowadzącą 20Gx34mm?

Pakiet 5, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuc lędźwiowych 25Gx120mm?

Pakiet 5, pozycja 18-19

Czy Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem o długości 210cm?

Pakiet 5, pozycja 20-22

Czy Zamawiający dopuści dren o przekroju gwiazdkowym zapobiegającym załamywaniu się drenu?

Pakiet 5, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny z prostą końcówką z 6 otworami bocznymi o długości 50cm?

Pakiet 5, pozycja 27

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z standardową prostą końcówką?

Pakiet 5, pozycja 26

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania dostępny w rozmiarach 6 i 8F?

Pakiet 6, pozycja 1-2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku. Zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych na każdym jednostkowym opakowaniu podany jest rozmiar cewnika. Ponadto każdy cewnik oznaczony jest kolorystycznie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami, dzięki czemu personel w każdej chwili jest w stanie rozpoznać rozmiar cewnika. Zarówno Ustawa o Wyrobach Medycznych jak i Dyrektywy medyczne nie nakładają obowiązku numerycznego oznaczenia na cewniku, zatem wymóg stawiany przez Zamawiającego nie ma żadnego uzasadnienia prawnego oraz praktycznego. Zamieszczony w SIWZ opis przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na konkretnego producenta – firmę Unomedical, którego wyłącznym przedstawicielem na Polskę jest firma Skamex uniemożliwiając tym samym innym Wykonawcom na złożenie oferty w pakiecie. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi znacznie większej liczbie Wykonawcom na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym Zamawiającemu na uzyskanie znaczenie tańszej ceny.

Pakiet 6, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania wykonany z PCV, bez pokrycia silikonowego?

Pakiet 6, pozycja 13-14

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku. Zgodnie z ustawą o Wyrobach Medycznych na każdym jednostkowym opakowaniu podany jest rozmiar cewnika. Ponadto każdy cewnik oznaczony jest kolorystycznie zgodnie z przyjętymi międzynarodowymi standardami, dzięki czemu personel w każdej chwili jest w stanie rozpoznać rozmiar cewnika. Zarówno Ustawa o Wyrobach Medycznych jak i Dyrektywy medyczne nie nakładają obowiązku numerycznego oznaczenia na cewniku, zatem wymóg stawiany przez Zamawiającego nie ma żadnego uzasadnienia prawnego oraz praktycznego. Zamieszczony w SIWZ opis przedmiotu zamówienia wskazuje jednoznacznie na konkretnego producenta – firmę Unomedical, którego wyłącznym przedstawicielem na Polskę jest firma Skamex uniemożliwiając tym samym innym Wykonawcom na złożenie oferty w pakiecie. Pozytywna odpowiedź Zamawiającego umożliwi znacznie większej liczbie Wykonawcom na złożenie atrakcyjnej cenowo oferty, a tym samym Zamawiającemu na uzyskanie znaczenie tańszej ceny.

Pakiet 6, pozycja 13-14

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania zagięty o długości 50cm?

Pakiet 6, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 2m?

Pakiet 6, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 5m?

Pakiet 6, pozycja 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 17 z zadania 6 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Pakiet 6, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania typu Yankauer bez kontroli siły ssania o średnicy wewnętrznej 3,8mm oraz zewnętrznej 7,6mm, długość końcówki ssącej 14-15cm, razem z rączką 27-28cm, pakowaną pojedynczo folia-papier?

Pakiet 6, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania typu Pool Tip bez kontroli siły ssania o średnicy wewnętrznej 3,8mm oraz zewnętrznej 7,6mm, długość końcówki ssącej 17,5cm, razem z rączką 31,5cm, pakowaną pojedynczo folia-papier?

Pakiet 6, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 210cm?

Pakiet 6, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści dren o długości 300cm?

Pakiet 6, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny o długości 36cm?

Pakiet 6, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści cewnik rektalny w rozmiarze 28?

Pakiet 6, pozycja 24-25

Czy Zamawiający dopuści zgłębnik żołądkowy o długości 105cm?

Pakiet 6, pozycja 26-32

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 26-32 z zadania 6 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Pakiet 6, pozycja 33

Czy Zamawiający dopuści zestaw do aspiracyjnego pobierania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego o pojemności 20ml?

Pakiet 9, Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kranik trójdrożny tylko z optycznym identyfikatorem pozycji spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Pakiet 9, Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu z 1 zastawką antyzwrotną, igłowym portem do pobierania próbek, drenem o dużej średnicy, wykonanym z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu, bez zakładki na kranik spustowy?

Pakiet 9, pozycja 14

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu o następujących parametrach:

- worek zbiorczy o pojemności 2000ml, skalowany, co 100ml, z zastawką antyrefleksyjną i obsługiwany jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego /T/ oraz filtrem hydrofobowym;
- dren łączący zakończony uniwersalnych łącznikiem schodkowym, standardowa długości drenu 130cm;
- dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu się, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu;
- na drenie klema zaciskowa;
- dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą;
- samouszczelniający się bezigłowy port do pobierania próbek;
- zastawka jednokierunkowa w łączniku;
- trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 600ml podzielona na dwie zintegrowane komory pośrednie;

- bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1ml od 2ml do 80ml (w komorze wstępnej) i co 10ml do 600ml (w drugiej komorze)
- komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne w systemie;
- obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia
- tylna ściana komory biała;
- pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujących do okrągłych i kwadratowych ram łóżka?

Pakiet 9, pozycja 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 15 z zadania 9 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Pakiet 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG w rozmiarze 210x25m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet 10, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści papier do EKG w rozmiarze 50x30m, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet 10, pozycja 14-15

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w op.a'100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Pakiet 13, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści szpatułki drewniane o dł. 150mmx17mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

ODPOWIEDŹ:

Ad. Pakiet nr 1 poz. 3

Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów bez łącznika do dodatkowej iniekcji oraz bez ftalanów z komorą kropłową wykonaną z PCV, ale nie dopuści przyrządu, który nie posiada miejsca na kolec igły po zakończonej infuzji.

Pakiet 1, pozycja 4

Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi bez ftalanów z komorą kropłową wykonaną z PCV, ale nie dopuści przyrządu, który nie posiada miejsca na kolec igły biorczej.

Pakiet 2, pozycja 1-4,

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 2, pozycja 10

Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,2 ml.

Pakiet 2, pozycja 11

Zamawiający dopuści strzykawki skalowane co 0,5 ml.

Pakiet 2, pozycja 10-11, Pakiet 5 poz. 7-8, poz. 13-15, poz. 15

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 5 poz.18-19

Zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem o długości 210cm

Pakiet 5 poz. 20-22

Zamawiający dopuści dren o przekroju gwiazdkowym zapobiegającym załamywaniu się drenu

Pakiet 5 poz. 24

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 5 poz. 27

Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z standardową prostą końcówką, lecz nie dopuści cewnika do odsysania dostępnego w rozm. 6 i 8F.

Pakiet 6 poz. 1-2

Zamawiający odstępuje od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku ale nie dopuści cewnika do odsysania wykonanego z PCV, bez pokrycia silikonowego.

Pakiet 6 poz. 13-14

Zamawiający odstępuje od wymogu numerycznego oznaczenia na cewniku ale nie dopuści cewnika do odsysania zagiętego o długości 50cm.

Pakiet 6 poz. 15

Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 2m

Pakiet 6 poz. 16. poz. 17, poz. 18, poz. 19, poz. 20, poz. 21, poz. 23, poz. 24-25, poz. 26-32, poz. 33,

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 9 poz. 2

Zamawiający dopuści kranik trójdrożny tylko z optycznym identyfikatorem pozycji.

Pakiet 9 poz. 13, poz. 14, poz. 15

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pakiet 10 poz. 4

Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 210 x 25 m z odpowiednim przeliczeniem do pełnej ilości „w górę” w formularzu cenowym.

Pakiet 10 poz. 7

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pakiet 10 poz. 14-15

Zamawiający dopuści nakłuwacze w op. x 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem do pełnej ilości „w górę” w formularzu cenowym.

Pakiet 13 poz. 3

Zamawiający dopuści szpatułki drewniane o dł. 150mmx17mm