



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

Rzeszów, 2016-03-08

Z/ Z/ZZP.2375.2.16

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku (z terminem składania ofert w dniu 11.03.2016r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIA:

Pakiet nr 6, poz. 20-22

1. Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czy dreny, tak jak końcówki do odsysania pola operacyjnego, mają być pakowane w podwójnie opakowanie: wewnętrzny perforowany worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier?

Pakiet nr 6, poz. 22

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania drenów o długości 4m spełniających pozostałe wymogi SIWZ.
2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania drenów o długości 3m spełniających pozostałe wymogi SIWZ.

Pakiet nr 6, poz. 30

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego dla dorosłych mikrobiologicznie czystego. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

ODPOWIEDŹ:

Ad. Pakiet 6 poz. 20-22

Zamawiający wymaga aby dreny, tak jak końcówki do odsysania pola operacyjnego, mają być pakowane w podwójnie opakowanie: wewnętrzny perforowany worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia/papier.

Ad. Pakiet 6 poz. 22,

Zamawiający dopuści dren o dł. 3 m.

Ad. Pakiet 6 poz. 30

Zamawiający dopuści zaproponowany obwód.