



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

RZESZÓW, 2016-04-12

Z/ZZP.2375.5.16

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów dezynfekcyjnych i pielęgnujących, materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz rękawic (z terminem składania ofert w dniu 15.04.2016r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 odstąpi od wymogu wykrywania przeterminowanych pasków testowych wzięwszy pod uwagę, że termin ważności pasków testowych jest zgodny z terminem podanym na opakowaniu?
2. Dot. parametru: „*Dokładność pomiaru spełniająca normę ISO 15197:2013 (100% pomiarów spełnia normę*” - Czy Zamawiający w Pakiecie nr 8 wyrazi zgodę, aby system spełniał normę w zakresie 99-100%?
3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 9 dopuści system Accu-Chek Performa charakteryzujący się poniższymi parametrami:
 - Testy zawierające enzym dehydrogenazy glukozy z mutacją chinoproteiny (Mut.Q-GDH)
 - Rodzaj próbki krwi do badania: kapilarna, żylna, tętnicza, noworodkowa
 - Zakres hematokrytu min. 10-65%
 - Czas pomiaru 5 sekund
 - Paski z kapilarą samozasysającą na szczycie paska oraz małą próbką krwi (nie większą niż 0,6 µl) nie wymagające i nie dające możliwości dołożenia krwi do testu
 - Zakres pomiarowy 10-600 mg/dl

ODPOWIEDŹ:

Pytanie 1

Zamawiający odstępuje od wymogu wykrywania przeterminowanych pasków testowych

Pytanie 2

Zamawiający wyraża zgodę, aby system spełniał normę w zakresie 99-100%.

Pytanie 3

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.