



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ  
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów  
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770  
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl  
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063  
REGON: 690028840

RZESZÓW, 2016-04-12

Z/ZZP.2375.5.16

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę preparatów dezynfekcyjnych i pielęgnujących, materiałów medycznych jednorazowego użytku oraz rękawic (z terminem składania ofert w dniu 15.04.2016r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSW w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

**PYTANIE:**

Poniższe pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakietach 8 i 9 w przedmiotowym postępowaniu:

1. W związku z umieszczeniem w opisie przedmiotu zamówienia szczegółowych wymogów dotyczących pasków testowych do glukometrów, które jednakże odpowiadają wyłącznie wyrobom konkretnych producentów pasków i glukometrów, co ograniczyłoby konkurencję do wyrobów tych wytwórców w poszczególnych pakietach, nadając tym wytwórcom praktyczną wyłączność na kształtowanie ceny oferty, zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający postępując zgodnie z ustawą Pzp (art. 7 i 29 ustawy) i mając na uwadze potencjalne oszczędności wynikłe z dopuszczenia zaoferowania produktu konkurencyjnego, wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości konkurencyjnych pasków testowych (wraz z dostarczeniem kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego) charakteryzujących się parametrami opisanymi poniżej:
  - a) Funkcja Auto-coding eliminująca kodowanie; b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru (realna możliwość dołożenia brakującej objętości próbki przed pojawieniem się komunikatu); c) Enzym dehydrogenaza glukozy GDH-FAD dający poprawne wyniki niezależnie od stężenia tlenu we krwi; d) Kapilara samozasysająca krew - wielkość zasysanej próbki krwi 0,5 ul; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s; f) Dobrze oznaczone kontrastowym wskaźnikiem miejsce zasysania krwi w przedniej części paska nieco poniżej szczytowej, znajdujące się poza obrębem glukometru, umożliwiające pobieranie krwi włosniczkowej z opuszek palców, a także krwi żyłnej i tętniczej; g) Paski wymagające sporadycznej kontroli za pomocą płynów kontrolnych w 2 stężeniach; h) Możliwość wykorzystania każdego opakowania pasków testowych w ciągu 8 miesięcy od otwarcia (jednostkowe opakowanie zawiera 2 fiołki x 25 pasków); i) zakres hematokrytu 20-60% i zakres

wyników liczbowych pomiaru 10-900mg/dl przy dokładności wyników zgodnej z wytycznymi normy ISO15197:2013 i najnowszymi zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w pełnym zakresie;

2. Prosimy o odstąpienie od warunku, aby zaoferowane w pakiecie 9 paski testowe współdziałały z „technologią wielokrotnego pomiaru jednej próbki krwi” opatentowaną wyłącznie przez jednego konkretnego wytwórcę i dopuszczenie pasków z inną technologią (elektroda z napyłaną cienkowarstwowo warstwą złota) również zabezpieczającą przed wpływem substancji interferujących. (W przypadku odmowy prosimy o uzasadnienie)

**ODPOWIEDŹ:**

**Ad. Pyt. 1, 1a**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

**Ad. Pyt. 2**

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Technologia „wielokrotnego pomiaru jednej próbki” gwarantuje dokładność badania.