



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

RZESZÓW, 2016-07-01

Z/ZZP.2375.8.16

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Radiologii Zabiegowej (z terminem składania ofert w dniu 28.07.2016r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Pytanie 1, dotyczy Pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny balon do kontrapulsacji, kompatybilny z aparatami Arrow i Datascope o poniższych parametrach:

Balony do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej

Z dostępnymi minimum 5 objętościami balonów w tym o pojemności balonów co najmniej 25cc, 34cc, 40cc

-balony kompatybilne z dowolną koszulką max. 7F- 7,5 F

-długości roboczej cewnika w przedziale 700-730 mm

- średnica rozprężonego balonu min. 14,5 mm w rozmiarach 30cc, 35cc, 40cc

-budowa cewnika typu co-axial lumen

Zestaw do wprowadzania balonu do kontrapulsacji kompatybilny z IAB

w skład którego wchodzi co najmniej:

jedna igła angiograficzna o rozmiarze 18g

jeden rozszerzacz naczyniowy

jedna koszulka introduktora

jeden trójdrożny kranik

jedna nasadka luer, jeden przedłużacz cewnika, jeden zawór zwrotny, dren ciśnieniowy o długości 90 cm, jeden przewodnik 0,08 cm x 50 cm

Jeden przewodnik 0,06 cm x 150 cm do wprowadzenia balonu do kontrapulsacji wewnątrzaoortalnej

Dla lepszej poręczności użycia każdy zestaw jest wyposażony fabrycznie w kompletny zestaw akcesoriów do wprowadzania balonu.

ODPOWIEDŹ:

Ad. Pytanie 1, dotyczy Pakiet nr 8

Zamawiający dopuści balony do kontrapulsacji o parametrach wykazanych w zapytaniu.