



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

RZESZÓW, 2016-07-13

Z/ZZP.2375.8.16

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Radiologii Zabiegowej (z terminem składania ofert w dniu 28.07.2016r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Zadanie nr 5.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikrocewników do udrożeń CTO o następujących parametrach:

- Mikrocewnik z pojedynczym światłem w systemie OTW
- Dostępne długości 135 i 155 cm
- Dostępne długości sekcji dystalnej 3cm i 6 cm
- Długość powłoki hydrofilnej 60 cm
- Średnica zewnętrzna cewnika w części dystalnej: 2,3F, w części proksymalnej 2,6 F
- Średnica profilu wejścia cewnika 1,3 F
- Elastyczna, atraumatyczna, taperowana końcówka całościowo widoczna w skopi bez metalowych markerów.
- Zintegrowany torquer na korpusie cewnika
- Kompatybilny przewodnik 0,014”?

Zadanie nr 8.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wysokiej jakości japońskich balonów do kontrapulsacji o wymiarach 7 F przy objętości 30 cm³ i 35 cm³ oraz o średnicy 8F przy objętości 30 cm³, 35 cm³ i 40 cm³, z dostępną również wersją balonu krótkiego „short balloon”, bezpiecznego dla tętnic nerkowych o średnicy 8 F i pojemności 35 cm³ (długość 162 mm, średnica 17,1 mm) w zestawie z dwiema prowadnicami o długościach 80 cm (dla koszulki) i 150 cm (dla cewnika balonowego) odpowiednimi dla poszczególnej średnicy i objętości balonu oraz dwoma introduktorami, igłą, dwoma przewodami pneumatycznymi i rozrywalną kaniulą hemostatyczną?

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ