



**SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
W RZESZOWIE**

ul. Krakowska 16, 35-111 Rzeszów
tel. 17 86 43 312, sek./fax 17 85 32 770
sekretariat@szpitalmsw.rzeszow.pl
www.szpitalmsw.rzeszow.pl



NIP: 813-28-92-063
REGON: 690028840

RZESZÓW, 2016-07-18

Z/ZZP.2375.8.16

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu diagnostycznego na potrzeby Pracowni Radiologii Zabiegowej (z terminem składania ofert w dniu 28.07.2016r.).

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Rzeszowie (Zamawiający) informuje, że do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dot. przetargu jw. wpłynęły następujące zapytania:

PYTANIE:

Zadanie nr 8.

Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe do kontrapulsacji kompatybilne z konsolami Datascope i Arrow o następujących parametrach:

- 7 F - objętości 25, 30 i 35 cm³
- 8 F - objętości 30, 35 i 40 cm³,
- zestaw wyposażony w:
 - dwie prowadnice o długościach 80 cm i 150,
 - igłę,
 - rozrywalną koszulkę hemostatyczną z dwoma rozszerzaczami,
 - strzykawkę o pojemności 50 ml z jednokierunkową zastawką,
 - kranik trójdrożny,
 - linią do monitorowania ciśnienia,

dwoma przewodami sterującymi do konsoli.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuści cewniki balonowe do kontrapulsacji o parametrach wskazanych w zapytaniu.